

V Tišině 3/474, 160 00 Praha 6
OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666
IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361
Fax: 261 216 076
E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLO FOU C

000. INTENZIVNA 'PEČE' CHIRURG. OĐ.

TECHNIK

PEK 0

MONTÁŽNÍ LIST Č.

405-05

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNF

Do 8630

21.5.06.

UVEDENÍ DO PROVOZU

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	TYP	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
HRP 0059283	Li ² Fe ² EVOLUTION LI 156 EO	0,34 Ω	< 15,55 MΩ	0,10 mA	Ano
HRP 0059789	Li ² Fe ² EVOLUTION LI 156 EO	0,41 Ω	< 15,55 MΩ	0,10 mA	Ano
HRP 0059695	Li ² Fe ² EVOLUTION LI 156 EO	0,32 Ω	< 15,55 MΩ	0,09 mA	
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘÍCIHO PŘÍSTROJE: MEDITEST 50" - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690 205011 200314

DRUH PRÁCE

005 9785: PK, RV: 21.1.01, KONTROLA FCE DLE SERVISU MALVALU, NEFUNKČNÍ A RETACE

PŘEDNÍK ŘIDIT. KOL - NEODPÍDE K ZABL. PRO JINĚ JÍZDY ODSTRANĚNÍ ZAŘADY

Pr. nevpl. odv. s. servis opravil, ter ~~zavrad~~ priskla 'odkloboci' deska, der zohad

0059489: Ж. Р. В. 27.1.02, КОНТРОЛЬ ФОРМ ТРАСПЛЕ' КРОВИ, ВИЗ. НАНУАЛ 5-29 д. П. 5 (33042)

78. NEGDEL, JOSE SERGIO ODSTRAIT, DEZ 70/AD

005 9/655: PV, 26.11.201, KONTROLA FCE, PRÁSKLE' KROUŠKY, VIZ. MANUAL 5 84 d' 6.3, → POU. 7.06

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM
A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

ANO	*NE
-----	-----

* NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
						3	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY
					CEST. NÁKLADY
					VÝJ. POPLATEK
					ZTRÁT. ČAS
					ND + MATERIÁL
					MĚŘ. IZ. STAVU
PRÁCI PŘEVZAL		PRÁCI PROVEDL			
59/11 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ <i>Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů</i> I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111 Primářka: Doc. MUDr. Tatiána GROSMANOVÁ, CSc.		 27. 6. 2006			
DATUM A JMÉNO		RAZÍTKO A PODPIS		CELKEM V KČ (BEZ DPH)	