

V Tišině 3/474, 160 00 Praha 6
OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666
IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361
Fax: 261 216 076
E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

TECHNIK

TEST. 2.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

404-06

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

DO P630

27.4.06

UVEDENÍ DO PROVOZU

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ

KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO		KONTROLA BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PŘECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
HRP 0059799	LIČKO EVOLUTION LI 156 EO	0,52 Ω	15,99 MΩ	0,09 mA	ANO
02AG 0114	MATRACE PRIMO	— Ω	19,99 MΩ	0,07 mA	NE
HRP 0059784	LIČKO EVOLUTION LI 156 EO	0,34 Ω	19,99 MΩ	0,05 mA	ANO
HRP 0072398	LIČKO EVOLUTION LI 156 EO	0,31 Ω	19,99 MΩ	0,09 mA	ANO
HRP 0059783	LIČKO EVOLUTION LI 156 EO	0,14 Ω	19,99 MΩ	0,10 mA	ANO

TYP MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE: MEDITEST 50° - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690; 20501; 200314

DRUH PRÁCE

0035798: PK, KONTRAFEE, R.V.: 21.1.2002, KONTROLA PLE SERVUS. HANUJCU,
JER ZAKAD

Príloha: PK, KONTROLA FCE DLE SERVIS MANUÁLU, ŽEZ ČÁVAX

005 9484. PK, RV: 21.1.02, KONTROLA FCE DLE SERVIS MANUÁLU, JERZÓW

0072358 : PK, RV: 6.5.02, KONTROLA FCE DLE SERVIS MANUÁLU, BEZ ZAVAD

~~00597783: PR, RL 27.10.02, KONTROLA FCE DLE SERVIS. MANUALL~~

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODICI SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA KČ	UJETÉ KM	SAZBA KČ	ZTRÁT. ČAS	SAZBA KČ	MĚŘ. IZ. ST.	SAZBA KČ
						5 4	

[illegible]