

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8615
	Inventární číslo: 18393	

Název a typové označení přístroje: Kompresor	Výrobní číslo: ARKM-000036	Výrobce: Dräger
	Verze SW:	Rok výroby: 1996
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐
Ovládací prvky	☒	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐
Kontrola měřených veličin	☒	☐
Kalibrace měřených veličin	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☒
Návod k použití	☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,06 Ω	☒
Izolační stav přístroje:		
unikající proud síťová část – přístupná část:	0,26 mA	☒
unikající proud síťová část – příložná část:	mA	☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

Výsledek kontroly:

- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 19. 4. 2006
Termín příští kontroly: 10/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10