

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 220 \text{ V}$ $P_n = 180 \text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: <u>1</u>	
SESTAVA: ☐ přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m)) ☐ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m ☒ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....<u>2</u>m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): <u>0,09</u> ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD: ☒ sít'ová část - přístupná část $N = 0,01 \text{ mA}$ $U = 0,03 \text{ mA}$ $R = 0,07 \text{ mA (max 1mA)}$ ☒ sít'ová část - příložná část: $N = 0,02 \text{ mA}$ $U = 0,039 \text{ mA}$ (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příložná část $R = 0,001 \text{ mA}$ (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50	ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>2/2009</u>	
KONTROLU PROVEDL: V <u>LÍPOVĚ</u>	DNE <u>1.2. 2009</u> 2 ALFAMEDIC s.r.o. Tr. 5. května 453 373 72 Lišov DIČ: CZ00513008 podpis
POTVRZENÍ ORGANIZACE: Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529	

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. § 52

[illegible]

VÝSLEDEK KONTROLY:

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY:

2/2009

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

20080197