

Malešická 2251/51 130 00 Praha 3

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc

PCIT

Přístroj	Odsávačka
----------	-----------

Odsávačka

Typ

ATTN: FORTE 350

Výrobní číslo

2060150212001-09

IO 1969-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Kontrola nastavení

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,35 mA	max. 1 mA
	Příložná část	— mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,18 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – neodpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – není plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Surpicase-20	v.č.	9910CE165 Z0904

Technik

Kovář Pavel

Podpis technika

Datum kontroly

Datum další dop. kontroly

27.12.2006
12/2007