

DOKLAD O REVIZI ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE		DATUM REVIZE	CELKOVÉ HODNOCENÍ
dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, doporučení ČES 33.03.95		25.4.2008	VYHOVUJE
SPOTŘEBIČ			
Druh spotřebiče: Osávačka elektrická Značka: ATMOS Typ: ATMOFORTE 350 Výrobní číslo: 207825 Inventurní číslo: I022395-000 Identifikační číslo: Umístění: Fakultní nemocnice Olomouc IPCHO		Třída ochrany: I Délka přívodní šňůry: Jmenovité napětí: 230V Jmenovitý proud: Jmenovitý příkon Cos φ Počet fází: 1 Délka přívodní šňůry: 3m Typ síťového přívodu: Pohyblivý Připojení k síti: Odpojitelné Připojení k spotřebiči: Odpojitelné	
PROHLÍDKA SPOTŘEBIČE / KONTROLA OZNAČENÍ		ZKOUŠKA CHODU	
Prohlídka provedena s výsledkem: VYHOVUJE Poznámky:		Zkouška provedena s výsledkem: VYHOVUJE Poznámky:	
MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ SPOTŘEBIČE			
Odpor ochranného vodiče: R_p ($I_p=200mA$) = 0,14 Ω Odpor ochranného vodiče: U_Δ ($I_p=10A$) = V Izolační odpor: R_{iso} ($U_p=250V$) = ≥310MΩ Proud ochr. vodičem přímá met.: I_{op} = 0,15 mA Proud ochr. vodičem met. rozd. proudu: I_{or} = 0,15 mA Dotykový proud přímá met.: I_{dp} = mA Dotykový proud met. rozd. proudu: I_{dr} = mA Náhradní unikající proud: I_n = mA Proud část síťová-příložná přím. met.: I_{slp} = mA Náhraní proud část příložná-přístupná: I_{nlp} = mA		Napájecí proud: 0,45A Příkon činný: 96W Příkon zdánlivý: 102VA cos φ: 0,9	
		Poznámky:	
Použité měřicí přístroje: MEDITEST 50 , v.č. 238765, Multimetr METEX M3860D, v.č. DC346956			
CELKOVÉ HODNOCENÍ SPOTŘEBIČE			
Zařízení je v pořádku a je schopno bezpečného provozu			
Poznámky:			
ZÁKAZNÍK			
Firma: Fakultní nemocnice Olomouc		IČO:	
Adresa: I.P.Pavlova Olomouc 755 20		DIČ:	
		tel:	
		fax:	
REVIZNÍ TECHNIK			
Revizi provedl a protokol vystavil: Ing. Petr KŘENEK Evidenční číslo: 4805/9/06 R-EZ-E4/A Adresa: Technicare cz Ostrava		Razítko revizního technika a podpis:	
Datum vystavení protokolu: 25.4.2008 Řádný termín příští revize: 25.4.2009			

**Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku
dle §27 zákona 123/2000 Sb.**

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6 Olomouc 775 20

Přítroj: Elektrická odsávačka

Typ: ATMOFORTE 350

Výrobní č. 207825 1PC40

Vizuální kontrola			
Kontrolovaná část přístroje	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Kryt přístroje		✓	
Ovládací a signalizační prvky		✓	
Funkční a mechanické části		✓	
Síťový kabel		✓	
Síťové pojistky		✓	

Funkční testy			
Funkční test	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Test funkčnosti ovládacích tlačítek		✓	
Test signalizačních a zobrazovacích prvků		✓	
Test těsnosti odsávacího okruhu		✓	
Kontrola funkčnosti filtrů a těsnění		✓	

Kontrolní měření a kalibrace			
Kontrolní měření / Kalibrace	Naměřené hodnoty / Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Max. podtlak	- 1 BAR	✓	
Přesnost měření tlakoměru 0/-0,8Bar [±10%]		✓	
Regulace omezení podtlaku -0,2Bar	- 0,21BAR	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,4Bar	- 0,41BAR	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,6Bar	- 0,62BAR	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,8Bar	- 0,83BAR	✓	

Měření elektrických bezpečnostních parametrů přístroje			
Měřený parametr	Naměřená hodnota	Vyhovuje	Nevyhovuje
Odpor ochranného vodiče	0,14Ω	✓	
Unikající proud ochranným vodičem	0,15mA	✓	
Izolační odpor	> 310MΩ	✓	

Použité měřicí přístroje: Secutest SIII s.č.:3.117.183.01 , Digit. tlakoměr Greinsinger v.č:

Výsledek prohlídky:

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční, bezpečný a je možné jej používat při poskytování zdravotnické péče v souladu s návodem k použití.

Datum kontroly: 25.4.08

Datum příští kontroly: 25.4.09

Kontrolu provedl: KŘEČEK

Podpis: P. Křeček