



POLYMED

medicínská technika, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA ZDR. PŘÍSTROJE

PULSNÍ OXYMETR, NICO, CAPNOGRAF

č.:

dle § 27, § 28 a § 52 zákona č. 346/2003 Sb.

typ zařízení:

Pulsní oxymetr 515 B

uživatel zařízení:

FN Olomouc

umístění zařízení:

oddělení intenzivní péče chir. osob

v.č.:

94 - 6194

sonda vč.:

VIZUÁLNÍ KONTROLA

kryt přístroje
ovládací prvky
síťová zásuvka - síťový kabel
optická indikace stavů
snímač CO₂
snímač SpO₂

vyhovuje	nevyhovuje	poznámka
ANO		
ANO		
ANO		
ANO		
ANO		

FUNKČNÍ ZKOUŠKA

test přístroje
akumulátor - kapacita
kontrola alarmů
nastavení mezí
celková funkčnost

vyhovuje	nevyhovuje	poznámka
ANO		
ANO		
ANO		
ANO		
ANO		

ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

třída: BF

přechodový odpor Rp:

isolační odpor Ri:

unikající proud:

/přístupná část/

krytem

do země

unikající proud:

/příložná část/

kategorie:

vyhovuje	nevyhovuje
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

přístroj je napájen adaptérem - z baterií - ze sítě

měřicí přístroj:

MEDITEST v.č.: 200276

VÝSLEDEK KONTROLY

ANO

Tento přístroj odpovídá technickým podmínkám výrobce a je možné jej dále používat ve zdravotnictví v péči o pacienta.

DALŠÍ KONTROLU JE NUTNO PROVÉST NEJPOZDĚJI ZA 12 MĚSÍCŮ.

NE

Přístroj NEVYHOVUJE viz. příloha

datum: 11. 7. 2006

podpis

Kontakt: tel.: 495 220 206

mobil: 776 224 340

e-mail: polymed@polymed.cz

POLYMED medicínská technika s.r.o.

Iažítka

P. Jiternického 197

tel./fax: 495 211 387

503 01 Hradec Králové 16

TYP A

VIII-05.4-Z