



POLYMED
medicínská technika, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA ZDR. PŘÍSTROJE

PULSNÍ OXYMETR

č.:
DIS / 0701 320

dle § 27, § 28 a § 52 zákona č. 346/2003 Sb.

typ zařízení: Pulsní oxymetr Novamatrix 515/B

uživatel zařízení: FN OLOMOUC

umístění zařízení: IPCHOP

v.č.: 97 - 6194 BBPXX

sonda vč.: J1 204 032/A

VIZUÁLNÍ KONTROLA

kryt přístroje
ovládací prvky
síťová zásuvka - síťový kabel
optická indikace stavů
snímač CO₂
snímač SpO₂

vyhovuje	nevyhovuje	poznámka
ano		
ano		
ano		
ano		
ano		

FUNKČNÍ ZKOUŠKA

test přístroje
akumulátor - kapacita
kontrola alarmů
nastavení mezi
celková funkčnost

vyhovuje	nevyhovuje	poznámka
ano		
ano		
ano		
ano		
ano		

ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

třída: I.
přechodový odpor Rp:
isolační odpor Ri:
unikající proud: krytem
/přístupná část/ do země

unikající proud:
/příložná část/

kategorie:	BF	vyhovuje	nevyhovuje
	0,12 Ω	ano	
	>20 MΩ	ano	
	<0,01 mA	ano	
	<0,01 mA	ano	
	<0,01 mA	ano	

přístroj je napájen adaptérem - z akumulátoru - ze sítě

měřicí přístroj : MEDITEST v.č.: 200276

VÝSLEDEK KONTROLY

ANO

**Tento přístroj odpovídá technickým podmínkám výrobce a je možné jej dále používat ve zdravotnictví v péči o pacienta.
DALŠÍ KONTROLU JE NUTNO PROVÉST NEJPOZDĚJI ZA 12 MĚSÍCŮ.**

NE

Přístroj NEVYHOVUJE viz. příloha

datum: 16.07.2007

podpis

POLYMED medicínská technika, s.r.o.

Kontakt: tel. : 495 220 206
mobil: 776 224 340
e-mail: polymed@polymed.cz

P. Jilemnického 197

tel./fax: 495 211 387

503 01 Hradec Králové 16



TYP A

VIII-05.4-Z