



POLYMED
medicínská technika, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA ZDR. PŘÍSTROJE

PULSNÍ OXYMETR, NICO, CAPNOGRAF

č:

424800674

dle § 27, § 28 a § 52 zákona č. 346/2003 Sb.

typ zařízení:

PULSNÍ OXYMETR NOVAMETRIX 515C

uživatel zařízení:

FN OLOMOUČ

umístění zařízení:

INT. PEČE CHIR. OBORU

v.č.:

98-3960 BRPX

sonda vč.:

160605002S

VIZUÁLNÍ KONTROLA

kryt přístroje
ovládací prvky
síťová zásuvka - síťový kabel
optická indikace stavů
snímač CO₂
snímač SpO₂

vyhovuje	nevyhovuje	poznámka
ANO		(dálší přístrojem)
ANO		
ANO		
ANO		
ANO		

FUNKČNÍ ZKOUŠKA

test přístroje
akumulátor - kapacita
kontrola alarmů
nastavení mezí
celková funkčnost

vyhovuje	nevyhovuje	poznámka
ANO		
ANO		
ANO		
ANO		
ANO		

ZKOUŠKA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

třída: I
přechodový odpor Rp:
isolační odpor Ri:
unikající proud: krytem
/přístupná část/ do země

unikající proud:
/příložná část/

kategorie:	vyhovuje	nevyhovuje
0,12 Ω	ANO	
>20 MΩ	ANO	
mA		
0,01 mA	ANO	
<0,01 mA	ANO	

přístroj je napájen ~~adaptérem~~ (z baterií) (ze sítě)

měřicí přístroj :

MEDITEST v.č.: 200276

VÝSLEDEK KONTROLY

ANO	Tento přístroj odpovídá technickým podmínkám výrobce a je možné jej dále používat ve zdravotnictví v péči o pacienta. DALŠÍ KONTROLU JE NUTNO PROVÉST NEJPOZDĚJI ZA 12 MĚSÍCŮ.
NE	Přístroj NEVYHOVUJE viz. příloha

datum:

25.6.2007

podpis:

Kontakt:

tel. :

495 220 206

mobil:

776 224 340

e-mail:

polymed@polymed.cz

POLYMED medicínská technika, s.r.o.

P. Jilemnického 197

tel./fax: 495 211 387

503 01 Hradec Králové 16

