

ergoline

společnost s ručením omezeným

CZ

IČO: 25284509
DIČ: CZ25284509

e-mail:
ergoline@post.cz

E. Beneše 1562, 500 12 Hradec Králové

Servisní středisko enterálních pump Compat fy Sandoz Nutrition pro Českou republiku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12873

Protokol o bezpečnostně technické kontrole enterální pumpy Compat vč : 15810 inv. č. : D053793-000

1) Enterální pumpa byla odkrytována, byly dotaženy šroubové spoje a překontrolovány připojovací konektory. Byl zkontrolován akumulátor.

kontrola pojistek	správná
kontrola akumulátoru	v pořádku
kontrola nabíjení akumulátoru	správná

2) Enterální pumpa v testovacím režimu :

kontrola alarmu	bez závad
kontrola klávesnice	bez závad
kontrola kontinuálního dávkování	bez závad
kontrola snímače kapek	bez závad
kontrola elektroniky	bez závad

3) Testování dlouhodobé funkčnosti :

test činnosti 5.000 ml/ 20 hodin	bez závad
----------------------------------	-----------

4) Kontrola dávkování enterální výživy :

Pro kontrolu dávkovaného objemu použit přípravek Isosource STANDARD o teplotě 21 st C.
V pumpě byl vložen originální "COMPAT Standard Pump Set"

nastavená rychlost dávkování	nastavený objem	skutečný objem	v %
50 ml/hod	500 ml	505 ml	101
200 ml/hod	500 ml	500 ml	100

5) Závěr :

U enterální pumpy Compat vč. 15810 byly překontrolovány mechanické a elektronické části. **Lze konstatovat jejich plnou a správnou funkčnost.**

Byl proveden test dlouhodobé funkčnosti a při dvou rychlostech byla kontrolována správnost dávkovaného objemu. **Test funkčnosti proběhl bez závad.** Skutečně dávkovaný objem je v toleranci do 10 % nastaveného objemu - **přesnost dávkování je v toleranci povolené výrobcem enterální pumpy.**

Společnost Ergoline CZ s.r.o. splnila svoji povinnost registrace dle NV č. 336/2004 dne 11.02.2005

Termín příští bezpečnostně technické kontroly je :

11.07. 2009

V Hradci Králové : 11.07. 2008

ergoline CZ
společnost s ručením omezeným

E. Beneše 1562, 500 12 Hradec Králové
DIČ: 228-25284509, tel. 049-611403 (I)