

Martin Bičíště -BIČELS, Resslerova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

PERIODICKÁ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA ENTERÁLNÍ PUMPY

Typ přístroje: enterální pumpa FLOCARE 800	Výrobní číslo : 88061276	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC
II a	Invent. číslo: C006193-000	Oddělení: int.péče chir.oborů
	ID:	

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluř. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Prohlídka musí být prováděna každých:

24 měsíců

Zkušební příslušenství

REVEX R2051 v.č. 0401174 a RM 2050 v.č. 4030008 přístroj ke kontrole elektr. spotřeb. - kalibrační list č. R2051/1307 a RM2050/044/M

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			ano
Klávesnice-folie/ovládací prvky			ano
Síťová zásuvka a kabel			ano
Svěrka			ano
Baterie /akum./-záložní zdroj			ano
Nožičky			ano
Rotorek			ano
Dokumentace			x

Funkční zkouška

Průběh testu			ano
Zvukový-optický signál			ano
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			ano
Kontrola kapacity akumulátoru			ano
Signalizace displeje, indik. prvků			ano
Test-umlčení alarmu			ano
Kontrola rychlosti dávkování			ano

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601



Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : 0,17 Ω	Unikající proud : /PE 0,05 mA
----------------------	---	----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: **ANO**

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení §27, 28 a 52, zákona č.123/2000Sb.

Datum příští kontroly: 9/2010	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum : 5.9.2008 Podpis:  MARTIN BIČIŠŤE - BIČELS prodej - servis Resslerova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 192, fax 495 217 191	Přístroj předán: Datum: Podpis: 
---	--	---

