

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník <i>FN Olomouc</i>	Číslo objednávky <i>DIS0800141</i>	Číslo pracovního výkazu <i>PP 127</i>
	Oddělení <i>IPCHO</i>	

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	SW-verze	Provozní hodiny
<i>Erita 2 dms</i>	<i>AREM-7244</i>	<i>019733</i>	<i>4.14</i>	<i>19582</i>

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☐ Třída I ☐ II ☐
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω *0,06* Ω
Unikající proud síťová část-přístupná část *0,35* mA
Unikající proud síťová část-příložná část Typ: μA

Popis: *Servisní kontrola - vyčištění, změření el. parametrů, kontrola v IS-měření
druhé pluce, kontrola ventilace ve všech režimech.
Vizy ze sensor - doplněnína vyčistění!*

Zk.karta-kapitola:

Datum příšt. kontroly: 10/2008

Závěr: Přístroj **je - není** schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			Celkem Kč
	Kč/hod.	hod.		
Cesta	Kč/hod.	hod.		<i>4.000</i>
	Kč/km	km		

Trasa cesty:

SPZ:

Jméno technika:

Podpis:

Datum:

Datum, podpis, razítko zákazníka

59/22
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení interní péče chirurgických oborů
I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 588 441 111
Primář: MUDr. Ladislav BLAHUT