

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8873
	Inventární číslo: 19731	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura	Výrobní číslo: ARRM-0246	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí příklady (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☒	☐	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☐	☒
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

Kontrolní elektrická zkouška				vyhovuje	neprováděno	
				ano	ne	
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):		0,17	Ω	☒	☐	☐
Izolační stav přístroje:						
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,32	mA	☒	☐	☐
unikající proud	síťová část – příložná část:	0,006	mA	☒	☐	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	07/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70533133	02/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

- Výsledek kontroly:**
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 14. 2. 2007

Termín příští kontroly: 09/2007