

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8456
	Inventární číslo: 19731	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura		Výrobní číslo: ARRM-0246	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	☐
☐	☐	☒
☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,12 Ω

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,31 mA

☒	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

unikající proud síťová část – příločná část:

0,001 mA

☒	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 29. 9. 2005

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Termín příští kontroly: 04/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník FN Olomouc	Číslo objednávky DO 8356	Číslo pracovního výkazu 85550
	Oddělení IPCHO	Číslo zakázky 8654

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventurní číslo	SW-verze	Provozní hodiny
Evita 2 duka	ARRM - 0246	19731	4.14	0637

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐
 Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω **0,31** Ω
 Unikající proud síťová část-přístupná část **0,31** mA
 Unikající proud síťová část-příložná část Typ: **BF** **1** μ A

Popis: Prohlídka přístroje dle doporučení výrobce, vizuální, zvuková a elektrická kontrola, kontrola v DS módu, device check, ventilace IPPV, BIPAP, CPAP / ASB, kontrola všech ventilacních parametrů.

Zk.karta-kapitola: **IVC4. 800**

Datum podpisu: **04/2006**

Závěr: Přístroj je - ~~není~~ - schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje: **MEDITEST 50** Výr.číslo: **200199**

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			4.400,-	Celkem Kč 4.400,-
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod.	hod.			
	Kč/km	km			

Trasa cesty: _____

SPZ: _____

Jméno technika: **Ing. Lukáš**

Podpis: _____

Datum: **29. 9. 2005**

Datum, podpis, razítko zákazníka

59/11

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111

Primárka: Doc. MUDr. Tatána GROSŠMANOVÁ, CSc.