

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8615
	Inventární číslo: 19732	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura	Výrobní číslo: ARRM-0245	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐
Ovládací prvky	☒	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐
Kontrola měřených veličin	☒	☐
Kalibrace měřených veličin	☒	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☒
Návod k použití	☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☒	☐
Izolační stav přístroje:	☐	☐
unikající proud síťová část – přístupná část:	☒	☐
unikající proud síťová část – příločná část:	☒	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

Výsledek kontroly:	☒	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
	☐	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
	☐	přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 24. 4. 2006

Termín příští kontroly: 11/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník FN Olomouc	Číslo objednávky DO 2015	Číslo pracovního výkazu 26165
	Oddělení 19040	Číslo zakázky 0307

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	SW-verze	Provozní hodiny
Evita 2 dma	ARM-045	19732	4.14	11814

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω 0,16 Ω

Unikající proud síťová část-přístupná část 0,32 mA

Unikající proud síťová část-příložná část Typ: BF 3 μA

Popis: Prohlídka dle doporučení výrobce, vyčištění, emise el. parametrů, kontrola UDS módu, device check, kontrola ventilace RTV, BIPAP, CPAP/ASB, kontrola všech ventilačních parametrů.

Zk.karta-kapitola:

Datum příští kontroly: 11/2006

Závěr: Přístroj je - ~~není~~ - schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

Číslo dodacího listu

MEDITEST 50	200 199
Digit. Haloměr DP/205	70528998
Převodník: EAGL 41	253373/00133

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			4.600,-	Celkem Kč
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod.	480,-	2	960,-	2.960,-
	Kč/km	10,-	200	2.000,-	

Trasa cesty:

FM - Olomouc - FM

SPZ:

3A0 22 17

Jméno technika:

Ing. Ludek

Podpis:

Datum:

26.4.2006

Datum, podpis, razítko	59/07 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 588 441 111 Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů 7T8 Příměří: Doc. MUDr. Taťána GROŠMANOVÁ, CSc.
89 301 593	26/4 2006 V.2. Dubny