

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8456
	Inventární číslo: 18393	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor MicroVent		Výrobní číslo: ARLM-0057	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 1.21	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☐ II ☒	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐
Ovládací prvky	☒	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐
Kontrola měřených veličin	☒	☐
Kalibrace měřených veličin	☒	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐
Návod k použití	☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I): Ω	☐	☒
Izolační stav přístroje:		
unikající proud síťová část – přístupná část: 0,01 mA	☒	☐
unikající proud síťová část – přílozná část: 0,002 mA	☒	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Digitální oxymetr GMH 3691		

Výsledek kontroly:	☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu a dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
	☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
	☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 4. 11. 2005

Termín příští kontroly: 06/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10