

I 022729

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8456
	Inventární číslo: 22729	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor Oxylog 2000	Výrobní číslo: SRSM-0083	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 3.10	Rok výroby: 2002
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☐ II ☒	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☐	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐	☐
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☐	☐	☒
Izolační stav přístroje:			
unikající proud síťová část – přístupná část:	0 mA	☒	☐
unikající proud síťová část – příločná část:	0,003 mA	☒	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Diditální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Digitální stopky	DP 401	
Průtokoměr D10A11	008446	01/2006
Meditest 50	200199	06/2006

- Výsledek kontroly:
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
 - ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
 - ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 29. 9. 2005

Termín příští kontroly: 09/2007

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník FN Olomouc	Číslo objednávky 8545	Číslo pracovního výkazu 8545
	Oddělení IPCH	Číslo zakázky 854

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventurní číslo	SW-verze	Provozní hodiny
Paylog 2000	SESM-0083	22729	3.10	

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☐ II ☒
 Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω ☒
 Unikající proud síťová část-přístupná část 0,00 mA
 Unikající proud síťová část-příložná část Typ: **BF** 3 μA

Popis: Prohlídka přístroje dle doporučení výrobce, změřen el. parametrů, dotazů
 i DS modu, kontrola ventilace IPPV, SIMV, CPAP, dotazů V_T , T_i , T_E ,
 P_{max} , PEEP, Air Dix, No Air Dix, funkce ztlumění

Zk.karta-kapitola: **SSOS-100**

Datum příští kontroly: **09/2007**

Závěr: Přístroj je - ~~není~~ - schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

DEDITEST 50

600 199

Digit. Helomín

DR1 705 70528998

Pulzometr MoA11

00855C

Digit. stopky DP401

Vyúčtování

Číslo dodacího listu

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			2.100,-	Celkem Kč
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod.	hod.			2.100,-
	Kč/km	km			

Trasa cesty:

SPZ:

Jméno technika:

Ing. Lukáš

Podpis:

Datum:

29.9.2005

Datum, podpis, razítko zákazníka

59/11
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
 Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
 B.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111
 Primárka: Doc. MUDr. Tatána GROSMANOVÁ, CSc.