

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník <i>FN Olomouc</i>	Číslo objednávky <i>DIS 880 141</i>	Číslo pracovního výkazu <i>88129</i>
	Oddělení <i>IPHO</i>	Číslo zakázky <i>80082</i>

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	SW-verze	Provozní hodiny
<i>Saving</i>	<i>AREK-0103</i>	<i>021358</i>	<i>3.01</i>	<i>4099</i>

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω *0,20* Ω
Unikající proud síťová část-přístupná část *0,56* mA
Unikající proud síťová část-příložná část Typ: *—* μA

Popis: *Genisim kontrola - měření, změření al. parametrů, kontrola a kalibrace v DS měř. střed. kontrola ventilace ve věd. usměr.*

Zk.karta-kapitola:

Datum příští kontroly: 03/2009

Závěr: Přístroj **je - není** schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.
Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje: Výr.číslo:

Mediast 50 200199
Digit. tlakoměr SPI 705 70528998
Digit. tlakoměr RAGel 51 253333/00123

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			3.800,-	Celkem Kč <i>3.800,-</i>
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod.	hod.			
	Kč/km	km			

Trasa cesty: _____

SPZ: _____

Jméno technika: *Ing. Lutar*

Podpis: *[Signature]*

Datum: *14.3.2008*

Datum, podpis, razítko zákazníka

59/22

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
I.P. Pavlova 6, 520 Olomouc 588 441 111
Primář: M. Dr. Ladislav BLAHUT