

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8615
	Inventární číslo: 21358	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Savina	Výrobní číslo: ARSK-0103	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 3.01	Rok výroby: 2002
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐ ☐

☒ ☐ ☐

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

vyhovuje
ano ne

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,10 Ω

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,55 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložná část:

0,001 mA

☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 19. 4. 2006

Termín příští kontroly: 10/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník <i>FN Olomouc</i>	Číslo objednávky <i>20 05-15</i>	Číslo pracovního výkazu <i>05/15</i>
	Oddělení <i>IPCH</i>	Číslo zakázky <i>0007</i>

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventurní číslo	SW-verze	Provozní hodiny
<i>Savina</i>	<i>ARSK-9103</i>	<i>021358</i>	<i>3.01</i>	<i>1904</i>

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω *0,10* Ω
Unikáční proud síťová část-přístupná část *0,55* mA
Unikáční proud síťová část-příložná část Typ: *2F* *1* μ A

Popis: *Prohlídka dle doporučení výrobce, zřízení ol. parametru, kontrola v IS mých, síťová část, kontrola vstupů IPPU, 311AP, 07AP/AS, kontrola všech vodičových parametrů.*

Zk.karta-kapitola:

Datum příst. kontrol: 16/05/06

Závěr: Přístroj **je - není** schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

MEETEST 50 200 199
Digit. Vlakoměr DT120T 20528920
Univlakoměr RAL 41 253723/00130

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč		Celkem Kč <i>3.800,-</i>
	Kč/hod.	hod.	
Cesta	Kč/hod.	hod.	
	Kč/km	km	

Trasa cesty:

SPZ:

Jméno technika: *Ing. Ludek*

Podpis:

Datum: *19. 4. 2006*

Datum, podpis, razítko zákazníka

