

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8615
	Inventární číslo: 18393	

Název a typové označení přístroje: Zvlhčovač Aquapor		Výrobní číslo: ARLM-0089	Výrobce: Dräger
		Verze SW:	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přírady (el.,plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☐	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☐	☒
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,04	Ω	☒ ☐ ☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,01	mA
unikající proud	síťová část – příločná část:	mA	
			☒ ☐ ☐
			☐ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

- Výsledek kontroly:**
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 19. 4. 2006

Termín příští kontroly: 10/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník <i>FN Olomouc</i>	Číslo objednávky <i>20 8615</i>	Číslo pracovního výkazu <i>86144</i>
	Oddělení <i>IP040</i>	Číslo zakázky <i>6307</i>

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	SW-verze	Provozní hodiny
<i>Aguapoz</i>	<i>ARLM-0089</i>	<i>18393</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω *0,24* Ω

Unikající proud síťová část-přístupná část *0,01* mA

Unikající proud síťová část-příločná část Typ: μA

Popis: *Prohlídka dle doporučení výrobce, změřeni ot. parametrů, funkce přístroje*

Zk.karta-kapitola:

Závěr: Přístroj **je - není** schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

MEDITEST 50

200 199

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			Celkem Kč <i>1.000,-</i>
	Kč/hod.	hod.		
Cesta	Kč/hod.	hod.		<i>1.000,-</i>
	Kč/km	km		

Trasa cesty:

SPZ:

Jméno technika: *Ing. Ludeš*

Podpis:

Datum:

19.4.2006

Datum, podpis, razítko zákazníka

89 301 593	59/14 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 588 441 111 Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů 7T8 Primářka: Doc. MUDr. Tatiána GROSMANOVÁ, CSc.
------------------	--