

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DIS 0800141
	Inventární číslo: 19731	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura		Výrobní číslo: ARRM-0246	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☐	☒	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☐	☒
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☒	☐	☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud síťová část – přístupná část:	☒	☐	☐
unikající proud síťová část – příločná část:	☒	☐	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	08/2009
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	09/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	09/2008

- Výsledek kontroly:**
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 17. 3. 2008

Termín příští kontroly: 10/2008

Dräger Medical
CZ26700760
0800141
272770324

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník <i>FN Olomouc</i>	Číslo objednávky <i>DS 0800141</i>	Číslo pracovního výkazu <i>8826</i>
	Oddělení <i>IPCH</i>	Číslo zakázky <i>80082</i>

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	SW-verze	Provozní hodiny
<i>Evita 2 duca</i>	<i>AREM-0246</i>	<i>019731</i>	<i>4.14</i>	<i>19000</i>

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω *0,17* Ω
Unikající proud síťová část-přístupná část *0,32* mA
Unikající proud síťová část-příložná část Typ: *IP* *2* μA

Popis: *Servisní kontrola - vyčištění, směřování parametrů, kontrola v DS módu, duce chodu, kontrola ventilace ve všech režimech. Vady 2, servis - doporučení výměny.*

Zk.karta-kapitola:

Datum příšt. kontroly: 10/2008

Závěr: Přístroj **je - není** schopen bezpečného provozu. !

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgA.
Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgA.

Použité měřicí přístroje: Výr.číslo:

Mechtest 50 200199
Fuřolomoc RAGL 51 053373/0213
Digil. tlakoměr JPI 705 70338990

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			Celkem Kč
	Kč/hod.	hod.		
Cesta	Kč/hod.	hod.		<i>8.259,-</i>
	Kč/km	km		

Trasa cesty:

FM - Olomouc - FM

SPZ:

JAD 2117

Jméno technika:

Ly. Lufas

Podpis:

Datum:

11.3.2008

Datum, podpis, razítko zákazníka 59/22
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení interní péče chirurgických oborů
I.P. Pavlova 6 75 20 Olomouc 588 441 111
Primář: M. Dr. Ladislav BLAHUT