

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8615
	Inventurní číslo: 19731	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura	Výrobní číslo: ARRM-0246	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

vyhovuje
ano ne

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,11 Ω

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,32 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložená část:

0,001 mA

☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 24. 4. 2006

Termín příští kontroly: 11/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník FN Olomouc	Číslo objednávky DO 8615	Číslo pracovního výkazu 8104
	Oddělení IPCH	Číslo zakázky 0307

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventurní číslo	SW-verze	Provozní hodiny
Evita 2 dms	ARRM-0204	19731	4.14	11 929

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☐ Třída I ☐ II ☐
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω **0,11** Ω
Unikající proud síťová část-přístupná část **0,32** mA
Unikající proud síťová část-příložená část Typ: **BF** **1** μ A

Popis: **Prohlídka dle doporučení výrobce, vyčištění, změření el. parametrů, kontrola v DS modu, device check, kontrola ventilů IPV, BIPAP, CPAP / ASB, kontrola všech ventilačních parametrů.**

Zk.karta-kapitola:

Jakub Mlýnský kontrola 11/2006

Závěr: Přístroj **je - není** schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.
Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Použité měřicí přístroje: Výr.číslo:
MEDITEST 50 200 199
Digit. tlakoměr DPI 705 70528998
Pneumatometr RAGL 41 253373 / 00133

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			4.600,-	Celkem Kč 4.600,-
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod.	hod.			
	Kč/km	km			

Trasa cesty:

SPZ:

Jméno technika:

Podpis:

Datum:

Datum, podpis, razítko zákazníka

89
301
593
59/07
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
588 441 111
Oddělení intenzivní péče
chirurgických oborů 7TB
Primář: Doc. MUDr. Tadeáš GROŠMANOVÁ, CSc.

26/4 2006

V.2. Dubm