

Martin Bičíště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové  
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300  
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

## BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

|                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ přístroje:</b><br>lůžka<br>Merivaara 6380 EMERGO | <b>Výrobní číslo :</b><br>0502/0180487<br><br><b>Invent. číslo:</b><br>IO21293-000<br><br><b>ID:</b> | <b>Uživatel:</b><br>Fakultní nemocnice Olomouc<br>dispečink oprav<br>I.P.Pavlova 6<br>77520 OLOMOUC<br><b>Oddělení:</b><br>emergency |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

| Kontrolovat                    | Zjištěné nedostatky | Poznámky     | Potvrzení |
|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| Vnější vzhled                  |                     |              | ok        |
| Značení                        |                     |              | ok        |
| Externí ovladač                |                     |              | --        |
| Inter. ovladač                 |                     |              | --        |
| Zvukový signál                 |                     |              | --        |
| Optický signál                 |                     |              | --        |
| Pohyblivé části, čepy, dorazy  |                     |              | ok        |
| Hydraulika                     |                     |              | ok        |
| Těsnost                        |                     |              | ok        |
| Elektromotor                   |                     |              | --        |
| Záložní akumulátor             |                     |              | --        |
| CPR ovladače                   |                     |              | ok        |
| Kolečka-ovladatelnost, aretace |                     |              | ok        |
| Funkce brzd                    |                     |              | ok        |
| Aretační prvky                 |                     |              | ok        |
|                                |                     |              | --        |
| Dokumentace                    |                     | nepředložena | ok        |

### Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

|                    |                                      |                               |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Síťové nap.<br>X V | Odpor ochr.vodiče vč.kabelu :<br>X Ω | Unikající proud :<br>/PE X mA |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|



### Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:

**ANO**

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27, 28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum příští kontroly:</b><br><br>7. 2009 | Kontrolu provedl:<br>V.Kužel<br><br>Datum: 12.2.09<br>Podpis: <br>MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS<br>prodej - servis<br>500 02 HRADEC KRÁLOVÝ 2<br>tel. 495 217 192, fax 495 213 213 | Přístroj předán:<br><br>Datum:<br>Podpis: <br>Bc. Martin Šamaj<br>I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc<br>60/9<br>všechní sestry<br>Oddělení úrazového příjmu<br>Primář: MUDr. Petr Hubáček |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|