

Martin Bičič - BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ: CZ6404282192, IČO: 15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213
 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: lůžka Merivaara EMERGO	Výrobní číslo : 0502/0181014	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC
	Invent. číslo:	Oddělení: emergency
	ID:	

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Vnější vzhled			ok
Značení			ok
Externí ovladač			--
Inter. ovladač			--
Zvukový signál			--
Optický signál			--
Pohyblivé části, čepy, dorazy			ok
Hydraulika			ok
Těsnost			ok
Elektromotor			--
Záložní akumulátor			--
CPR ovladače			ok
Kolečka-ovladatelnost, aretace			ok
Funkce brzd			ok
Aretační prvky			ok
Dokumentace		nepředložena	ok

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. x V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : x Ω	Unikající proud : /PE x mA
--------------------	--------------------------------------	-------------------------------



Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:

ANO

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27, 28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: 7. 2009	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum : 12.7.2007 Podpis :  MARTIN BIČIČ - BIČELS provoz - servis Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ tel. 495 217 192, fax 495 213 213	Přístroj předán: Datum: Podpis:  Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 77520 Olomouc Vrchní sestř. oddělení Předměstí, Olomouc
--	--	--