

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 123/2000, §52, odstavec 4

Zákazník	FN Olomouc	UP
Přístroj	Pacientský monitor	
Typ	FM	
Výrobní číslo	5175359 (I022381-000)	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	0,19 Ω	max. 0,2 Ω
Izolační odpor	>20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,11 mA
	Příložná část	max. 0,5 mA
		0,006 mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Kamil Slaný

Provedeno dne: 4.12.2008

Podpis

K. Slaný

Datum příští kontroly: 12/2008

