

Protokol o prověření zdravotnického prostředku
dle zákona 346/2003, § 52, odstavec 4

Zákazník

FN Olomouc

Přístroj

Monitor

Typ

FM

Výrobní číslo

5175360

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
P	┐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
P	┐	Ovládací prvky, signalizace
P	┐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
P	┐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
┐	┐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,08 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0.01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,12 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.312/06..... ze dne20.11.2006.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

Palička

Provedeno dne : 20.11.2006

Podpis :

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2665/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)

Datum příští kontroly : 11/2007

tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3