



I 021091
Chironax, spol. s r.o. Mlýnská 42, Brno 658 32

Protokol o preventivní prohlídce.

Provedeno podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Typ : BASIL
Výrobce : METRA
Zákazník : FAKOCHOC
ODD. VNG. PŘÍJMA

Třída, kategorie : II
Výrobní číslo : 1091361

Prohlídka přístroje

Vizuální kontrola	<u>ano</u>	ne
Kabely a příslušenství	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Test funkce	<u>vyhovuje</u>	nevyhovuje
Zjištění závady	ano	<u>ne</u>
Popis závad		

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících Proudů přímou Metodou	Síťová-přístupná část	0,00	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	Síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
Nepřímou m.	Přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu Ochranného vodiče			0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976097 , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Závěr : Přístroj prošel servisní kontrolou a je schopen dalšího provozu

Datum provedení : 11.12.06

Datum příští kontroly : 12/07

Měření provedl : WAGŠ, RUDOLF

Chironax, spol. s r.o.
 Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno
