

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle §27 zákona 123/2000 Sb.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6 Olomouc 775 20
Přístroj: Elektrická odsávačka
Typ: ATMOS E364 C 404
Výrobní č. 20498804 *UJEDNĚNÍ PŘÍJEM LÉČKA*

Vizuální kontrola			
Kontrolovaná část přístroje	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Kryt přístroje		✓	
Ovládací a signalizační prvky		✓	
Funkční a mechanické části		✓	
Síťový kabel		✓	
Síťové pojistky		✓	

Funkční testy			
Funkční test	Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Test funkčnosti ovládacích tlačítek		✓	
Test signalizačních a zobrazovacích prvků		✓	
Test těsnosti odsávacího okruhu		✓	
Kontrola funkčnosti filtrů a těsnění		✓	

Kontrolní měření a kalibrace			
Kontrolní měření / Kalibrace	Naměřené hodnoty / Zjištěné závady	Vyhovuje	Nevyhovuje
Max. podtlak	-0,9 Bar	✓	
Přesnost měření tlakoměru 0/-0,8Bar [±10%]		✓	
Regulace omezení podtlaku -0,2Bar	-0,2 Bar	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,4Bar	-0,39 Bar	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,6Bar	-0,58 Bar	✓	
Regulace omezení podtlaku -0,8Bar	-0,79 Bar	✓	

Měření elektrických bezpečnostních parametrů přístroje			
Měřený parametr	Naměřená hodnota	Vyhovuje	Nevyhovuje
Izolační odpor	> 310 MΩ	✓	

Použité měřicí přístroje:

Secutest SIII s.č.:3.117.183.01 , Digit. tlakoměr Greinsinger v.č.:

Výsledek prohlídky:

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční, bezpečný a je možné jej používat při poskytování zdravotnické péče v souladu s návodem k použití.

Datum kontroly: 25.4.08

Datum příští kontroly: 25.4.09

Kontrolu provedl: *KŘEWEK*

Podpis: *P. Křezek*