

Martin Bičiště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ODSÁVAČKY

Typ přístroje: Odsávačka MEVACS	Výrobní číslo : 2205101 Invent. číslo: D056907-000 ID:	Uživatel: FN OLOMOUC I.P.Pavlova 6 OLOMOUC Oddělení: urgentní příjem tel.588 442 923
---	---	---

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Dle ČSN EN 738-1, EN 837-1

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Vnější vzhled	mírné poškození krytu		ok
Značení			ok
Ovládání			ok
Regulace podtlaku			ok
Max. podtlak		- 82 kPa	ok
Vakuoměr			ok
Těsnost			ok
Akumulátor			ok
Příslušenství ext.zdroj typ 50TS 14V5/3A	filtr, lahev v.č. 081029		ok ok
Dokumentace		nepředložena	--

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. nab. 12V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : --- Ohmů	Unikající proud : /PE 0,002 mA
-------------------------	---	-----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:

ANO

Pokud NE - důvod:

Použité přístroje : REVEX 2050, RM2050/044/M, podtl. WIKA -1000mbar

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52,zákona č.123/2000 Sb.v platném znění

Datum příští kontroly: 1. 2009	Kontrolu provedl: V.Kužel Datum : 18.1.2007 MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS prodej - servis Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ tel. 495 217 192, fax 495 213 213	Přístroj předán: Datum: 18.1.2007 Podpis: <i>[Signature]</i>
--	---	--