

Přístroj Level 1 Fast Flow H-1025 s Detektorem vzduchových bublin H-31B

ZÁKLADNÍK: FN OLOMOUK - Urgentní příjem výrobní číslo: 2003 0126

krok		Provedeno (ano/ne) :	Poznámka
č. 1	Test "studeného" startu	ANO	
č. 2	Dezinfekce zásobníku recirkulující tekutiny	ANO	
č. 3	Výměna roztoku 0.3% peroxidu vodíku /	ANO	
č. 4	výměna a namazání těsnících O-kroužků	ANO	
č. 5	Kontrola/vyčištění filtru větráčku	ANO	
č. 6	Kontrola Detektoru vzduchu	NE	NENÍ INSTALOVÁN
	KONTROLA ALARMŮ:	ZVUKOVÝ ALARM:	VIZUÁLNÍ ALARM (led dioda) :
č. 7	Nedostatek Recirkulující tekutiny	ANO	ANO
č. 8	Příslušenství - jednorázový inf. set	ANO	ANO
č. 9	Přehřátí vody	ANO	ANO
č. 10	Kontrola funkce Testu všech alarmů	ANO	ANO
č. 11	Kontrola kalibrace teploty	ANO	41,7°C
č. 12	Test elektrické bezpečnosti	ANO, $R_{PE} = 0,09 \Omega$, $I_{PE} = 0,11 \mu A$	

Závěrečné hodnocení:

Přístroj je schopen bezpečného provozu **ANO** / ~~NE~~

Podpis Technika : 

Datum provedení prohlídky: 22.10.2008

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 22.10.2009

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

adresa:
ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10