

R.T.E. spol.s r.o. Zdibská 27, 182 00 Praha 8

Kontaktní adresa : R.T.E. spol. s r.o. , Pohoří 71, 254 01 Jílové u Prahy

Mobil 606 421 665 , 728 929 679 E-mail rte@volny.cz <http://www.volny.cz/rte>



Výstupní protokol pro průtokový ohřívač transfuzí a infuzí OTI 1A

výrobní číslo: 442

datum kontroly: 17.6.2006

Technická data

třída I

typ B

krytí IP32

napětí 230 V $\approx$ 50 Hz

příkon 70 VA

doporučený interval kontrol 52 týdnů

Konstrukce a kontrola přístroje je provedena podle norem ČSN EN 60601-1

Kontrolní měření		Tolerance	Naměřeno
Odpor ochranného	- spirála	max. 0,3 Ω	0,08 Ω
uzemňovacího vodiče	- zadní čelo	max. 0,3 Ω	0,07 Ω
Izolační odpor		min 5 M Ω	>20 M Ω
Unikající proudy		součet polarit	
PE – kovová spirála		max 0,5 mA	0,12 mA
Vypínací teplota tepelné pojistky		42 °C $\pm$ 2 °C	40,5 °C

Typ síťového přívodu 85 3077-1-2/3 ČSN 34 7503 KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí

Kontroloval :

Datum :

15.7.2007