

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník	Nemocnice Olomouc	Urgentní Příjem
Přístroj	Pacientský Ohřívač	
Typ	WARM TOUCH 5900	
Výrobní číslo	CI0604J517	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	0,133 Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor	> 20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,049 mA
	Příložná část	max. 0,5 mA
	mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Jan Pasečný
Podpis

Provedeno dne: 11.10.2007
Datum příští kontroly: 11/2008


Fa Jan Pasečný
Výroba, prodej a opravy lékařské přístrojové
techniky a zdravotnických potřeb
 Na Močárku 19, Ostrava-St.Bělá, 724 00
 IČ: 67703666, DIČ: CZ710105557
 tel.: +420 604 486 960, fax: +420 596 728 055