

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 52, odstavec 4

Zákazník	FN OLOMOUC
Přístroj	Pulsní oximetr
Typ	Poxi 250
Výrobní číslo	270294152

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	n/a mA max. 0,5 mA
	Příložná část	n/a mA max. 0,05 mA
Izolační odpor	n/a MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	n/a Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.305/05..... ze dne2.12.2005.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička Provedeno dne : 2.12.2005

Podpis : **Hoyer Praha s.r.o.**
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Matešická 2251/51, 130 00 Praha 3
Datum příští kontroly : 12/2006