

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku

dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN OLOMOUC
Přístroj	Datex-Ohmeda Pulsní oximetr
Typ	RAD5
Výrobní číslo IČ	522289 DO60090

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☒	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,00 mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0,00 mA max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,00 Ω max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. P319/07 ze dne 29.11.2007

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :

Palička
Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60481582 (17)
tel.: +420 225 001 522 / fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Provedeno dne : 29.11.2007

Podpis :

Datum příští kontroly : 11/2008