

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN Olomouc
Přístroj	Datex-Ohmeda Pulsní oxymetr
Typ	RAD 5
Výrobní číslo IČ	522289 D060090

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☒	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,00 mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0,00 mA max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,00 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.P260/08..... ze dne09.12.2008.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička
Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2685/10, 130 24, Praha 3
DIČ: CZ0491582 (16)
tel.: +420 225 001 532 fax: +420 225 001 522
Tovozovna, Maléšická 2251/51, 130 00 Praha 3

Provedeno dne : 9.12.2008

Podpis : Datum příští kontroly : 12/2009