

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Urgentní příjem	Číslo smlouvy / objednávky:
	Inventurní číslo: 020969	

Název a typové označení přístroje: Ventilátor Oxylog 3000		Výrobní číslo: SRUM-0044		Výrobce: Dräger	
		Verze SW: 1.03		Rok výroby: 2004	
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐		Třída ochrany: I ☐ II ☒		Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí příводы (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část: 0,08 mA
unikající proud síťová část – příločná část: 0,009 mA

Ω

vyhovuje
ano ne

☐ ☐ ☒
☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	01/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	09/2008

Výsledek kontroly:

☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do

☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 16. 5. 2007

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10