



BMT
Brněnská Medicínská
Technika a.s.
MMM-Group

Protokol o měření teploty

PŘÍLOHA 2
QSM 10-01
Strana 1/1

Výrobce:

BMT a.s., Cejl 48/50, CZ - 656 60 Brno

Typ přístroje:

☐ VENTICELL
☐ FRIOCELL

☐ ECOCELL
☐ CLIMACELL

☐ INCUCCELL
☒ STERICELL

☐ INCUCCELL V
☐ DUROCELL

☐ VACUCCELL

Objem [l]:

☐ 22

☐ 55

☒ 111

☐ 222

☐ 404

☐ 707


Výrobní číslo přístroje:

02 2082

Datum měření:

6.11.02

Všeobecné měřicí podmínky:



- Porovnání údaje o teplotě zobrazené displejem regulátoru zařízení se skutečnou hodnotou naměřenou uvnitř komory probíhá v souladu s požadavky modelu zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu ČSN EN ISO 9001.
- Referenční měřidlo použité při měření je v souladu se směrnicí systému jakosti QSM 11-01 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení a ve shodě se Zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, Vyhláškou č. 69/1991 Sb., kterou se Zákon o metrologii provádí a Vyhláškou č. 231/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 69/1991 Sb. pravidelně kalibrováno podle prováděcího schématu návaznosti měřidel porovnáním s pracovním etalonem teploty společnosti a případné korekce pak při měření zohledněny. Pracovní etalon je navázán na národní etalon prostřednictvím etalonů teploty akreditovaných kalibračních laboratoří.

Referenční podmínky měření:

- Teplota okolí $23 \pm 3^\circ\text{C}$.

Referenční měřidlo:

Měřicí zapisovač YOKOGAWA HR 3081 v.č. []

Teplotní čidlo - odporový snímač Pt 100 ev.č. []

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:

Teplota [$^\circ\text{C}$]		Odchylka	
Zobrazená hodnota	Naměřená hodnota	[$^\circ\text{C}$]	[%]
40	40	0	
100	100	0	
190	190	0	

Poznámky


Měření provedl a za úplnost protokolu odpovídá:

Datum

6.11.02

Jméno, příjmení

Lhotecká



BMT a.s.

Podpis, razítko

Výstupní kontrola

Cejl 48/50, 656 60 Brno

DIČ: 288-46346996

MMM-GROUP

(49)