



BMT
Brněnská Medicinská
Technika a.s.
MMM-Group

Protokol o měření teploty

PŘÍLOHA 2
QSM 10-01
Strana 1/1

Výrobce:

BMT a.s., Cejl 48/50, CZ - 656 60 Brno

Typ přístroje:

☐ VENTICELL
☐ FRIOCELL

☐ ECOCELL
☐ CLIMACELL

☒ INCUCELL
☐ STERICELL

☐ INCUCELL V
☐ DUROCELL

☐ VACUCELL

Objem [l]:

☐ 22

☒ 55

☐ 111

☐ 222

☐ 404


☐ 707

Výrobní číslo přístroje:

02 2097

Datum měření:

7.11.02



Všeobecné měřicí podmínky:

- Porovnání údaje o teplotě zobrazené displejem regulátoru zařízení se skutečnou hodnotou naměřenou uvnitř komory probíhá v souladu s požadavky modelu zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu ČSN EN ISO 9001.
- Referenční měřidlo použité při měření je v souladu se směrnicí systému jakosti QSM 11-01 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení a ve shodě se Zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, Vyhláškou č. 69/1991 Sb., kterou se Zákon o metrologii provádí a Vyhláškou č. 231/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 69/1991 Sb. pravidelně kalibrováno podle prováděcího schématu návaznosti měřidel porovnáním s pracovním etalonem teploty společnosti a případné korekce pak při měření zohledněny. Pracovní etalon je navázán na národní etalon prostřednictvím etalonů teploty akreditovaných kalibračních laboratoří.

Referenční podmínky měření:

- Teplota okolí 23 ± 3 °C.

Referenční měřidlo:

Měřicí zapisovač YOKOGAWA HR 3081 v.č.

Teplotní čidlo - odporový snímač Pt 100 ev.č.

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:

Teplota [°C]		Odchylka	
Zobrazená hodnota	Naměřená hodnota	[°C]	[%]
40	40	0	
70	70	0	

Poznámky

Měření provedl a za úplnost protokolu odpovídá:

Datum

7.11.02

Jméno, příjmení

Lhotecká

Podpis, razítko



BMT a.s.
Výstupní kontrola
Cejl 48/50, CZ - 656 60 Brno
DIČ: 288-46346996

MMM-GROUP