



ARDO

Absaugpumpen

MASTER 45
SENATOR 30

GEBRAUCHSANWEISUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG

Sicherheit	3
Was ist MASTER, was ist SENATOR?	4

2. ANWENDUNGEN

Allgemein	4
Indikationen	4
Kontraindikationen	4

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

Absaugpumpe	5
Zylindersystem	6
Hydrophobes Bakterienfiltersystem	6

4. INBETRIEBNAHME

Legende	6
Installation	7
Anschliessen von Zubehör	8
Zubehör/Ersatzteile	10

5. WARTUNG UND PFLEGE, REINIGUNG

Wartung allgemein	10
Kontrollen durch den Benutzer	11
Reinigung/Desinfektion	12
Umgebungsbedingungen/Zone M	13

6. GARANTIE UND SERVICE

Garantie	14
Service	14

7. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten	15
Transport und Lagerung	16
Entsorgung nach Nutzungsdauer	16

**Bitte finden Sie die SERVICEANLEITUNG für den
Technischen Dienst im Anhang!**

COPYRIGHT © 2004 Ardo medical AG

1. EINFÜHRUNG

Sicherheit

Lesen Sie zuerst Kapitel 4 - Inbetriebnahme - bevor Sie **MASTER** oder **SENATOR** an das Stromnetz anschliessen. Die Absaugpumpen sind nach den Sicherheitsnormen der IEC 601-1, der EMV Norm EN 60601-1-2 und EN 10079-1 konstruiert und gebaut. Für Ihre Sicherheit und die des Patienten sowie um Beschädigungen zu vermeiden, halten Sie die folgenden Sicherheitsregeln ein:



Sicherheitsregeln

- Die Absaugpumpen **MASTER/SENATOR** dürfen nur von fachkundigen Personen installiert und bedient werden.
- Die Absaugpumpen nur mit dem hydrophoben Bakterienfilter von ARDO benutzen.
- Verwenden Sie einen Sekretschlauch von mindestens 1.5 m Länge (reduziert das Pulsieren der Vakuummeternadel).
- Um die Kühlung der Pumpe zu gewährleisten, tragbare Pumpen nur mit Füßen verwenden.
- Bei Verwendung von Zubehör siehe *Kapitel 4 - Inbetriebnahme, Anschliessen von Zubehör - und Kapitel 5 - Wartung und Pflege, Reinigung* - .
- Die Absaugpumpen sind nicht für den Betrieb innerhalb der Zone **M*** oder in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt *Kapitel 5 - Wartung und Pflege, Reinigung, Zone M* - .
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, damit sie jederzeit dem Bedienungspersonal und dem Technischen Dienst zur Verfügung steht.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **MASTER/SENATOR dürfen niemals in Gegenwart von leicht entzündbaren Gasen wie Narkosemitteln benutzt werden. Bei Nichtbeachten besteht Explosionsgefahr!**
- **Die Absaugpumpen dürfen nur durch Technisches Personal geöffnet werden. Bei Nichtbeachten besteht Stromschlaggefahr!**
- **Vor jedem Reinigen und Öffnen müssen die Absaugpumpen ausgeschaltet und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Bei Nichtbeachten besteht Stromschlaggefahr!**
- **Für die Reinigung keine Lösungsmittel verwenden. Bei Nichtbeachten besteht die Gefahr, dass die Oberfläche des Gehäuses sowie die Kunststoffteile beschädigt werden!**

Was ist MASTER, was ist SENATOR?

- **MASTER/SENATOR** sind leistungsstarke Absaugpumpen für medizinische Einsätze
- **MASTER/SENATOR** bieten Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Schneller Vakuumaufbau bis 85kPa mit einer Saugleistung von 45 Liter/Minute bei **MASTER** und 30 Liter/Minute bei **SENATOR**
- Das Vakuumsystem besteht aus einem wartungsfreien Glas-Zylinder/Kolbensystem
- **MASTER/SENATOR** sind einfach in der Bedienung und besonders geräusch- und vibrationsarm sowie problemlos zu reinigen
- **MASTER/SENATOR** sind mit anwendungsfreundlichem Zubehör lieferbar

2. ANWENDUNGEN

Allgemein

Für den Einsatz in Klinik, Krankenhaus und Praxis wo Leistung, Mobilität und Individualität gefragt sind.

Indikationen

MASTER 45

- fahrbar
- für alle Operationen
- mit dem entsprechenden Zubehör die ideale Absaugpumpe zum Beispiel für neuro- und kieferchirurgische Eingriffe sowie für Fettabsaugungen

SENATOR 30

- fahrbar oder tragbar
- für alle operativen Eingriffe
- mit dem entsprechenden Zubehör die ideale Absaugpumpe zum Beispiel für die Vakuumextraktion, für die Drainage und die Endoskopie

Kontraindikationen

Ohne spezielles Zubehör eignen sich **MASTER/SENATOR** nicht für die Einstellung von tiefem und exaktem Vakuum wie es zum Beispiel bei der Pleuradrainage benötigt wird.

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

Absaugpumpe

Pumpenaufbau

MASTER/SENATOR sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse (Qualität V0) gebaut. Sie sind mit einem wartungsfreien Glas-Zylinder/Kolbensystem ausgerüstet und weisen einen Lecklochvakuumregler auf.

MASTER/SENATOR sind in geerdeter Ausführung gebaut. **SENATOR** ist auch in Doppelschutz Ausführung erhältlich.



Fahrbare Version



Tragbare Version

Legende:

- | | |
|---|---|
| 1 Vakuummeter mit Skalierung kPa und mmHg | 5 Integrierter Traggriff |
| 2 Vakuumreglerknopf | 6 Integrierte Zubehörschiene-/Geräteschiene |
| 3 EIN/AUS-Schalter | 7 Geräteschiene nur fahrbare Versionen |
| 4 Hydrophober Bakterienfilter | 8 Rollgestell nur fahrbare Versionen |

Zylindersystem

Das Zylinder-/Kolbensystem besteht aus einem Glaszylinder und dem Graphitkolben.

Hydrophobes Bakterienfiltersystem

Der hydrophobe Bakterienfilter hat eine Doppelfunktion. Er schliesst bei Überlauf und Schaumbildung, verhindert deshalb eine Verschmutzung im Innern der Pumpe und ist zugleich ein höchst effizienter Schutz gegen Bakterien. Der Filter hat ein Rückhaltevermögen von 99.99946 % bei einer Partikelgrösse von 0.33µ.

Filterkontrolle

Siehe *Kapitel 5 - Wartung und Pflege, Reinigung* -.

4. INBETRIEBNAHME



Legende

I

„EIN“ : Verbindung mit der Netzversorgung

0

„AUS“ : Trennung von der Netzversorgung



Gerät der Schutzklasse II



Sicherung T630mA (230V), T1.6A (115V)



Wechselstrom



wichtige Information



Netzkabel aus Steckdose ziehen



Gerät Typ BF, geerdete Ausführung



Achtung, allgemeine Gefahrenstelle: Bedienungsanleitung beachten



Gerät Typ B, Doppelschutzausführung
(nur **SENATOR** 230V)



Achtung, Gerät steht unter Spannung



gemäss Richtlinie MDD 93/42 EWG vom 14.7.1993
über Medizinprodukte

Installation



In diesem Abschnitt wird das Vorgehen bei der Inbetriebnahme schrittweise beschrieben. Bevor **MASTER/SENATOR** in Betrieb genommen werden lesen Sie - *Kapitel 5 - Wartung und Pflege, Reinigung* -.

1.


MASTER/SENATOR bestehen aus folgenden Komponenten:

- Absaugpumpe (mit Netzkabel)
- Hydrophober Bakterienfilter
- Verbindungsschlauch mit 2 Winkelsteckkupplungen
- Gebrauchsanweisung
- Rollgestell (bei **SENATOR** nur fahrbare Version)

Entfernen Sie die jeweiligen Verpackungen.

Montage Rollgestell

Bei **MASTER** sowie bei der fahrbaren Version von **SENATOR** das Rollgestell wie folgt montieren:



- A** Gummifüsse abschrauben und Schrauben zur Befestigung der Platte benutzen
- B** Schraube M8x55 für Montage mit Geräteschiene
Schraube M8x35 für Montage ohne Geräteschiene
- C** Schraube M8x45

2. Überprüfen, dass die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

Verbindungs-schlauch Verbindungsschlauch zwischen der Absaugpumpe (transparente Winkelsteckkupplung auf hydrophoben Bakterienfilter) und der Sekretflasche (grüne Winkelsteckkupplung auf grünen Anschluss am Flaschendeckel) anschliessen.

3. Netzkabelstecker in die Steckdose stecken.
MASTER/SENATOR in Betrieb nehmen (Wippschalters auf I).

Vakuumeinstellung Das Vakuum wird durch das Drehen des Vakuumreglerknopfes im Uhrzeigersinn erhöht, in Gegenrichtung wird das Vakuum reduziert. Zur Vakuumeinstellung den Patientenschlauch abklemmen.

Anschliessen von Zubehör



Zubehör, welches keinen Sterilisationsindikator aufweist muss vor Gebrauch gemäss Anweisung gereinigt werden. Für die Reinigung und Sterilisation von Zubehör beachten Sie die jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

Schläuche Die Schläuche richtig anschliessen, Pumpenseite grüne Kupplungsstücke, Patientenseite transparente Kupplungsstücke.

Sekretflaschen Beschädigte oder abgenutzte Flaschen können implodieren. Flaschen vor jedem Gebrauch überprüfen und kontrollieren!




Flaschenkontrolle Flaschentest

Polysulfon Sekretflaschen:

Auf kleine "fisch-schuppenähnliche" Risse untersuchen. Dies sind die ersten Zeichen dafür, dass der Kunststoff brüchig werden könnte. Falls solche Risse vorhanden sind, sollte die Sekretflasche nicht mehr verwendet werden. Es besteht eine Implosionsgefahr.

TPX Sekretflaschen:

Flaschenboden und Flaschenumfang auf Weissbruchstellen untersuchen. Sind solche Verformungen und weisse Beschädigungsstellen vorhanden, sollte die Sekretflasche nicht mehr verwendet werden. Es besteht Kollabierungsgefahr!



Der Flaschendeckel muss immer mit einer Überlauf-sicherung ausgerüstet sein.

- Halter auf das grüne Kupplungsteil stecken
- Schwimmer auf den Halter stecken
- Schwimmer muss frei beweglich sein
- Flaschendeckel auf kleine "fisch-schuppenähnliche" Risse untersuchen

Deckel mit Rechtsdrehung bis zum Anschlag schliessen

Vor Gebrauch immer mit maximalem Vakuum testen!

EINWEG-SYSTEM


Das geschlossene ARDO Einweg-System ist eine echte Alternative zu den Mehrwegflaschen. Es bietet optimale Sicherheit, einfachste Handhabung und ist vielseitig verwendbar. Der selbststehende Einweg-Sekretbehälter ist aus Polypropylen. Dies gewährleistet eine umweltschonende Entsorgung. Der Mehrwegkanister besteht aus einem hoch transparenten Polykarbonat.

Fussvakuumregler (Option)



Bei Anwendung des Fussvakuumreglers ist folgendes zu beachten:

- Fussvakuumregler **zwischen** Pumpe und hydrophobem Bakterienfilter anschliessen
- gewünschtes Höchstvakuum mit dem Vakuumreglerknopf einstellen
- Feineinstellung mit Fussvakuumregler (Pedal) vornehmen. Grössere Sicherheit bei der Manipulation mit dem Fusspedal ist somit gewährleistet



99.00.529
02/2001

Zubehör/Ersatzteile

Bezeichnung	Art. Nr.
- Hydrophober Bakterienfilter	50.00.05
- 1 Liter Sekretflasche, TPX, graduert	50.00.50
- 2 Liter Sekretflasche, TPX, graduert	50.00.51
- 3 Liter Sekretflasche, Polysulfon, graduert	50.00.52
- 5 Liter Sekretflasche, Polysulfon, graduert	50.00.53
- Flaschendeckel mit Griff und mechanischer Überlaufsicherung, für Sekretschlauch NW 8 mm	50.00.08
- Flaschendeckel mit Griff und mechanischer Überlaufsicherung, für Sekretschlauch NW 12.7 mm	50.00.10
- Verbindungsschlauch mit 2 Winkelsteckkupplungen, 0.5 m	50.00.01
- Patientenschlauch aus Silikon, transparent, Ø 7/13 mm mit 1 Winkelsteckkupplung, 1.7 m	50.00.02
- Deckeldichtung	99.00.544
- Winkelsteckkupplung NW 8 mm, grün	50.00.85
- Winkelsteckkupplung NW 8 mm, transparent	50.00.86
- Winkelsteckkupplung NW 12.7 mm, transparent	50.00.87
- O-Ring aus Silikon Ø 8.1 mm, weiss	99.00.303
- O-Ring aus Silikon Ø 14 mm, weiss	51.00.17
- Silikonschlauch, transparent, Ø 7/13 mm, sterilisierbar, per Meter	50.00.47
- Silikonschlauch, transparent, Ø 12.7/18 mm, sterilisierbar, per Meter	50.00.46
- Halter für Schwimmer	50.00.83
- Schwimmer	50.00.84
- Rollgestell mit 4 antistatischen Rollen, davon 2 mit Bremse, inklusive Geräteschiene	50.00.77
- Rollgestell mit 4 antistatischen Rollen, davon 2 mit Bremse, exklusive Geräteschiene	50.00.78

5. WARTUNG UND PFLEGE, REINIGUNG

Wartung allgemein

Der Benutzer ist verpflichtet **MASTER/SENATOR** mindestens jährlich einer Wartung durch geschultes Technisches Personal zu unterziehen. Bei Wartung durch den Hersteller wird eine Servicebestätigung an der Absaugpumpe angebracht.



Bei Nichteinhalten der Kontrollen sowie der Reinigungsvorschriften besteht die Gefahr einer Kontamination (Ansteckung)!

Kontrollen durch den Benutzer

Nachfolgende Wartungsarbeiten sind nach Erhalt von **MASTER/SENATOR** sowie **vor und nach jedem Gebrauch** der Absaugpumpen durch den Benutzer vorzunehmen. Werden die Kontrollen und Tests nicht erfüllt, muss die Absaugpumpe durch den Technischen Dienst überprüft werden.

Sichtkontrolle vor dem Einschalten

- Gehäuse und Stromkabel auf Beschädigungen und Risse untersuchen.
- Zubehör auf Verschmutzung, Dichtigkeit und Beschädigung kontrollieren, wenn in Ordnung anschliessen.

Absaugpumpe einschalten.

Geräuschkontrolle

- Auf ungewohnte Geräusche achten, diese können Folgeschäden verursachen.

Funktionskontrolle

- Nach dem Einschalten sollte das minimale Vakuum nicht höher als 10kPa sein (falls dieser Wert überschritten wird, Filter austauschen und erneut testen) siehe auch - *Filterkontrolle* -.
- Vakuumreglerknopf auf maximales Vakuum stellen
Wert liegt > 80kPa → Pumpe in Ordnung und betriebsbereit
Wert liegt < 80kPa → Überprüfung durch Technisches Personal

Filterkontrolle



- Damit die volle Saugleistung und der Schutz vor Verschmutzung der Pumpe gewährleistet ist muss bei Verfärbung oder Überlauf der Filter gewechselt und entsorgt werden.
- Liegt keine Verfärbung oder Überlauf vor, Filter wie folgt testen:
Verbindungsschlauch von Filter entfernen
Vakuumreglerknopf auf maximales Vakuum stellen
Pumpe einschalten
Wert liegt < 10kPa → Filter einwandfrei
Wert liegt > 10kPa → Filter auswechseln und erneut testen

Dichtigkeitsprüfung

- 1 Liter oder 2 Liter Sekretflasche anschliessen
- Sauganschluss am Flaschendeckel abdichten (Patientenschlauch abklemmen)
- Pumpe einschalten und Vakuumreglerknopf auf maximales Vakuum stellen
- wenn das maximale Vakuum von ca. 85kPa erreicht ist, die Pumpe ausschalten und Vakuummeter beobachten
- nach ca. 1 Minute sollte das Vakuum nicht mehr als 10kPa gesunken sein, andernfalls ist die Dichtheit nicht gegeben

Wartungsarbeiten durch Technisches Personal

Die Wartungsarbeiten, welche durch geschultes Technisches Personal durchgeführt werden müssen, sind in der - *Serviceanleitung* - beschrieben.

Austausch von Ersatzteilen

Reparaturen sowie der Austausch von Ersatzteilen darf nur durch geschultes Technisches Personal vorgenommen werden. Diese Vorgänge werden in der - *Serviceanleitung* - beschrieben.



Reinigung/Desinfektion

MASTER/SENATOR Gehäuse



Die Absaugpumpe muss vor der Reinigung vom Netzanschluss getrennt werden. Das Gehäuse kann mit einem handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel gereinigt werden. Ist die Absaugpumpe kontaminiert, so dass eine Ansteckungsgefahr für Dritte besteht, ist die Absaugpumpe unverzüglich durch den Besitzer zu entsorgen (siehe *Kapitel 7 - Entsorgung nach Nutzungsdauer* -)!

Sekretflaschen

Material: Polysulfon und TPX

Wärme- und Chemikalien-Beständigkeit

- Maximal erlaubte Dauertemperatur ist:
140°C in Dampf
150°C (TPX 140°C) in trockener Wärme
- Autoklavieren bis 134°C während mindestens 15 Minuten
- Kochen (5 Minuten genügen für Desinfektionseffekt)
- Wärme-Desinfektion durch Heisswasser in sogenannten Spül- und Abwasch-Desinfektoren (keine alkalischen Waschmittel)
- Chemische Desinfektion mit Aldehyd basierenden Desinfektionsmitteln, zum Beispiel Glutaraldehyd

Zum Reinigen/Desinfizieren **keine phenolhaltigen Lösungen verwenden!** Phenol kann das hochwertige Material zerstören (feine Rissbildungen). Keine Desinfektionsmittel in der Flasche stehen lassen, um das Eintrocknen von Schleimpfropfen im Flaschenboden zu verhindern. Der Kunststoff wird dadurch einer unnötigen chemischen Einwirkung ausgesetzt, was die Festigkeit beeinträchtigen und zu einer Implosion führen kann. In der Regel wird das gewünschte Resultat ebenso gut mit gewöhnlichem Wasser erreicht.

Beim Entsorgen des Inhaltes müssen die hygienischen Sicherheitsmassnahmen gewährleistet sein. Der Flaschendeckel wird mit einer Linksdrehung geöffnet.

Flaschendeckel

Material: Polysulfon, PC

Zum Reinigen/Desinfizieren der Deckel und Zubehörteile **keine phenolhaltigen Lösungen verwenden!** Phenol kann das hochwertige Material zerstören. Flaschendeckeldichtung und mechanische Überlaufsicherung können bis zu 134°C im Autoklaven sterilisiert werden. Dies während mindestens 15 Minuten. Bei thermischen Behandlungen keine Chemikalien verwenden (zu reinigendes Teil gut mit Leitungswasser vorspülen = Neutralisierung von möglichen chemischen Stoffen). Nach der Reinigung die Flaschendeckeldichtung und den Schwimmerkonus mit Silikon-spray einsprühen.



Nur absolut trockene Teile in den Autoklaven legen.

Schläuche mit Kupplungsanschlüssen

Zum Reinigen/Desinfizieren **keine phenolhaltigen Lösungen verwenden!** Schläuche mit Kupplungsanschlüssen können bis zu 134°C im Autoklaven sterilisiert werden. Dies während mindestens 15 Minuten. Bei thermischen Behandlungen keine Chemikalien verwenden (zu reinigendes Teil gut mit Leitungswasser vorspülen = Neutralisierung von möglichen chemischen Stoffen).

Zubehör



Zubehör, welches keinen Sterilisationsindikator aufweist muss vor Gebrauch gemäss Anweisung gereinigt werden.

Für die Reinigung und Sterilisation von Zubehör beachten Sie die jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

Umgebungsbedingungen/Zone M

Die fahrbaren Versionen der Absaugpumpen **MASTER** und **SENATOR** können in OP-Räumen in Zone M verwendet werden. Die Absaugpumpen sind nicht AP geschützt.

Erläuterung Zone M

Bereiche der Zone M werden auch als "medizinische Umgebung" bezeichnet. Sie umfassen den Teil eines Raumes, in dem explosionsfähige Atmosphäre durch Anwendung von Analgesiemittel oder medizinischen Hautreinigungs- und Desinfektionsmittel nur in geringen Mengen und nur für kurze Zeit auftreten kann.

Zone M ist zeitweilig anzunehmen

bei Anwendung von brennbaren Flüssigkeiten als Hautreinigungs- und Hautdesinfektionsmittel innerhalb eines Pyramidenstumpfes unter der OP-Tischplatte, 30° gegen die Lotrechte nach aussen geneigt, während der Anwendung und der Zeit des Verdampfens (etwa 10 Sekunden).

Zone M entsteht nicht

bei ausreichender mechanischer Lüftung des Raumes. Ausreichend ist die Lüftung hierfür, bei einer Luftwechselzahl von mindestens

- 15 je Stunde bei Anlagen ohne Umluft
- 60 je Stunde bei Anlagen mit Umluftanteil, wenn dieser höchstens 80 % beträgt

6. GARANTIE UND SERVICE

Garantie

Die Garantiezeit für die Absaugpumpen **MASTER/SENATOR** beträgt 2 Jahre.

Allgemeine Bedingungen

Ardo medical AG garantiert für Material- und Fabrikationsfehler auf die von ihr hergestellten Produkte. Die Garantiezeit, ab Rechnungsdatum, ist aus der entsprechenden Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Fehlerhaftes Material wird während der Garantiezeit kostenlos ersetzt, sofern keine unsachgemässe Behandlung vorliegt. Ausgeschlossen sind Verschleissteile. Zur Sicherstellung der Garantie und eines einwandfreien Funktionierens des Gerätes, sind die Hinweise in der Gebrauchsanweisung zu befolgen und ausschliesslich Zubehör- und Ersatzteile von Ardo medical AG einzubauen und/oder zu verwenden.

Anspruch auf Garantieleistung entfällt, wenn Eingriffe durch nicht autorisierte Personen oder Änderungen, die nicht der Norm IEC 601 und EN 10079-1 entsprechen, vorgenommen wurden. Garantieansprüche, die über den beschriebenen Garantiebegriff hinausgehen, wie Haftung für Folgeschäden usw., bestehen nicht.

Wartung und Pflege

Siehe *Kapitel 5 - Wartung und Pflege, Reinigung* -.

Service

Für Service, Wartung und eventuelle Fragen im Zusammenhang mit diesen Produkten oder einem anderen Produkt der Firma Ardo medical AG, wenden Sie sich bitte an nachfolgende Adressen:

Schweiz

Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
CH-6314 Unterägeri
Schweiz
Tel. +41-(0)41 754 70 70
Fax +41-(0)41 754 70 71
info@ardo.ch
www.ardo.ch

Deutschland

Ardo medical GmbH
Gewerbstrasse 74
D-82211 Herrsching am Ammersee
Deutschland
Tel. +49-(0)81 52/77 26
Fax +49-(0)81 52/7 99 52
info@ardomedical.de
www.ardomedical.de

International

Autorisierter Importeur

7. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Absaugpumpe MASTER 45

MASTER 45 Absaugpumpe 230 Volt, 50/60 Hz
Art. Nr. 30.00.04 (Euro-Stecker)
Art. Nr. 30.00.07 (UK-Stecker)

MASTER 45 Absaugpumpe 115 Volt, 60Hz
Art. Nr. 30.00.03

Absaugpumpe SENATOR 30

SENATOR 30 Absaugpumpe 230 Volt, 50/60Hz
Art. Nr. 31.00.04, tragbar (Euro-Stecker)
Art. Nr. 31.00.05, tragbar (UK-Stecker)
Art. Nr. 31.00.08, fahrbar (Euro-Stecker)
Art. Nr. 31.00.11, fahrbar (UK-Stecker)

SENATOR 30 Absaugpumpe 115 Volt, 60Hz
Art. Nr. 31.00.03, tragbar
Art. Nr. 31.00.09, fahrbar

SENATOR 30, 230 Volt Doppelschutz-Ausführung auf Anfrage

- Abmessungen ohne Rollgestell: 345 x 245 x 282 mm
- Abmessungen mit Rollgestell: 1000 x 470 x 680 mm
- Gewicht ohne Rollgestell: 7.400 kg
- Gewicht mit Rollgestell: 21.000 kg
- Schutzklasse geerdet: Klasse I (mit Schutzleiter)
- Schutzgrad: BF
Tropfwassergeschützt IPX1
- Doppelschutz **SENATOR** 230V: Klasse II
- Schutzgrad: BF
Tropfwassergeschützt IPX1
- Klassifizierung nach MDD93/42: Klasse 2a
- Spannung: 230/115 Volt AC +/- 15%
- Frequenz: 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 230V → 100W/0.45A
115V → 100W/1.00A
- Sicherung: 230V → T630mA
115V → T1.6A
- Saugleistung: **MASTER 45** → 45 l/Min.
SENATOR 30 → 30 l/Min.
- Vakuumbereich: 10 bis 85kPa
75 bis 640mmHg

- Konformität:
gemäss Richtlinie MDD 93/42 EWG
vom 14.7.1993 über Medizinprodukte.
EN 60601-1, EN60601-1-2, EN 10079-1
UL 2601-1 (115V)



Transport und Lagerung

Für den Transport und die Lagerung von **MASTER** und **SENATOR** soll die Originalverpackung verwendet werden. Eine separate Lagerung, geschützt vor UV, Wärme und Staub wird empfohlen.

Transport und Lagerzeiten bis 15 Wochen

Für Transport- und Lagerzeiten bis 15 Wochen gelten folgende Lagerungsbedingungen:

- Temperatur:	-25°C	bis	+70°C
- Relative Feuchte:	10%	bis	75%
- Luftdruck:	500hPa	bis	1060hPa

Transport und Lagerzeiten ab 15 Wochen

Danach gelten die Werte der Betriebsbedingungen:

- Temperatur:	+10°C	bis	+40°C
- Relative Feuchte:	30%	bis	75%
- Luftdruck:	700hPa	bis	1060hPa

Entsorgung nach Nutzungsdauer

Für die Entsorgung einer ausgedienten **MASTER/SENATOR** kann die entkontaminierte Absaugpumpe dem Hersteller zurückgesandt werden oder nach erfolgter Desinfektion getrennt nach Werkstoffen (Metalle, Kunststoffe) umweltschonend durch eine Recyclingfirma für Elektronik vorgenommen werden. Spezielle oder erhöhte Risiken bestehen nach der Entkontaminierung keine.

Hersteller:

Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
CH-6314 Unterägeri
Schweiz