



CERTIFIKÁT SHODY

č. 5051-CC-C319-06

Vydává: Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 Brno
Česká republika
Notifikovaná osoba č. 1383


Ve shodě: s požadavky nařízení vlády č. 326/2002 Sb.^{*)} ze dne 19. června 2002, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností a které implementuje v České republice Směrnici Rady 90/384/EHS. Shoda byla prokázána zkouškami podle normy ČSN EN 45501 odstavec 8.2.

Žadatel: TONAVA, a.s.
Havlíčková 473
542 32 Úpice
Česká Republika

Pro: elektromechanické váhy s neautomatickou činností
ES certifikát schválení typu:
č. TCM 128/04-4025
vydal: ČMI Brno, NB 1383
platný do: 26.4.2014
třídy přesnosti III
typ: VT 6315 (TMI 300B)
výrobce: Tonava, a.s. Úpice
Max = 150 / 300 kg e = 50 / 100 g
Min = 1 / 2 kg d = e
výrobní čísla: můstek: 00025986; jednotka: 00022520;

Datum vystavení: 21.12. 2006




Ing. Milada Racková
ředitelka OI Pardubice

^{*)} Tento certifikát je vydán postupem ES ověření dle kap. 3 přílohy č. 2