

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EUREX MEDICA, spol. s r.o., Místecká 17, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO : 47681331

na výrobek :

inkubátor

typ : **ID - Inkubátor 37 S I**

výrobce :

DiaMed AG, CH-1785 Cressier Sur Morat, Švýcarsko

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 12, odst. 4 písm. b) Zákona č. 22/97 Sb. Podkladem pro toto prohlášení byl v souladu s § 21, odst. 7 Zákona č. 22/97 Sb. použit Certifikát o certifikaci výrobku č. B - 31- 00404/98 ze dne 19. 5.1998, vydané SZÚ Brno, AO 202.

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek splňuje základní požadavky následujících Nařízení vlády :

č. 168 , kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
č. 169 , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

aplikované normy :

ČSN EN 61 010-1:1995 + A2:1997

ČSN EN 61 010-2-010:1996 + A1:1997

a je za podmínek obvyklého a určeného používání bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Ostravě dne 10. 6. 1999


Marián Černý
jednatel

EUREX MEDICA, spol. s r.o.