



BMT
Brněnská Medicínská
Technika a.s.

MMM-Group

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My: **BMT a.s.**
Cejl 48/50,
656 60 Brno
Česká republika
IČO 46 34 69 96

jako výrobce výrobku:

název:

Elektricky vytápěná teplotní skříň

typ:

ECOCELL 222

provedení Standard

Elektricky vytápěná teplotní skříň je určena pro laboratoře k rovnoměrnému temperování různých druhů materiálu pomocí horkého vzduchu při nastavitelné teplotě a volitelném časovém režimu.

Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje požadavky:

- ◆ NV č. 168/1997 Sb., ve znění NV č. 281/2000 Sb., kterým se stanoví požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
- ◆ NV č. 169/1997 Sb., ve znění NV 282/2000 Sb., kterým se stanoví požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a je pro určený účel za podmínek obvyklého použití v souladu s příloženým návodem, **bezpečný.**

Posouzení shody ověřili:

- ◆ TÜV Product Service Slovakia, akreditovaná zkušební laboratoř, která provedla měření elektromagnetické kompatibility doložené protokoly č. E 050M-1-00 KO, E 050M-2-00 KO, E 050M-3-00 KO,
- ◆ TÜV Product Service GmbH, Notifikovaný orgán EU, který vydal na tento přístroj certifikát č. E9 00 12 31461 012 a provedl certifikaci systému jakosti podle norem EN ISO 9001/1994 a EN 46001/1996 potvrzené certifikátem č. Q1 98 09 31461 005,
- ◆ Typová zkušebna výrobce BMT a.s.

Uvedený výrobek odpovídá harmonizovaným českým technickým normám:

ČSN EN 55022/1998, ČSN EN 61000-3-2/1995, ČSN EN 61000-3-2/A1/1998,
ČSN EN 61000-3-2/A2/1998, ČSN EN 61000-3-3/1995, ČSN EN 61000-4-5/1995,
ČSN EN 61000-4-6/1996, ČSN EN 61000-4-11/1994, ČSN EN 61010-1/1995
ČSN EN 61010-2-10/1996, ČSN EN 61010-2-10/A1/1997.

a dále normám:

ČSN EN 61000-4-2/1995, ČSN EN 61000-4-3/1996, ČSN EN 61000-4-4/1995,
ČSN EN 61326-1/1997.

JUDr. Jaroslav **Kopeček**
ředitel

Ing. Josef **Hradil**
vedoucí ŘJ

Brno, 2001-01-03