



## DECLARATION OF CONFORMITY

**Manufacturer's Name:** Philips Medical Systems  
**Manufacturer's Address:** 3000 Minuteman Road  
Andover, MA 01810-1099  
United States

**Declares, that the product**

**Product Name:** Philips Telemetry ITE bundle  
(A component of the ITS4850A 2.4 GHz IntelliVue Telemetry System)

**Model Number(s):** ITS3171A, ITS4844A, 862149, 862152, 862161, 862162, 862084, 862248, 862247


**Product Options/Accessories:** All.

**to which this declaration relates is in conformity with the European Council Directive:**  
**EMC Directive 89/336/EEC**  
**And Low Voltage Directive 2006/95/EC\***  
**and carries the CE-marking accordingly.**

**Supplementary Information:**

For the EMC Directive, the ITE bundle was tested in a typical configuration as described in the Manufacturer's accompanying documents.

For the LVD Directive, the Philips-branded products are CE marked by Philips to the 2006/95/EC Directive.  
\*The non-Philips-branded products are CE-marked by their manufacturer to either 2006/95/EC or 79/89/EEC.  
(The ITS3171A and ITS4844A are Philips-branded products, manufactured by Philips).



A True Copy Attest  
MARGUERITE I. ERB  
NOTARY PUBLIC  
My commission expires Oct. 10, 2008

*Marguerite I. Erb*

Andover, 6 March 2007

*Denise Haley*  
Denise Haley, Manager, Regulatory Affairs  
Patient Monitoring-Ultrasound and Monitoring  
Philips Medical Systems

L.S.

Authorized EU-representative: Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Hewlett-Packard Str. 2, 71034 Böblingen, Germany

(Document Number: A-Q2920-00316-T1 Rev. B)

Document No.  
A-M4850-90004

Revision  
A



**PHILIPS**

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Název výrobce:** Philips Medical Systems  
**Adresa výrobce:** 3000 Minuteman Road  
Andover, MA 01810-1099  
Spojené státy americké

Výše uvedený výrobce prohlašuje, že výrobek

**Název výrobku:** Philips Telemetry ITE budnle  
(součást telemetrického systému ITS4850A 2.4 GHz IntelliVue  
Telemetry System)

**Čísła modelů:** ITS3171A, ITS4844A, 862149, 862152, 862161, 862162, 862084,  
862248, 862247

**Varianty/příslušenství výrobku:** Všechny

ke kterému se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s direktivou Rady Evropy:  
**Direktiva EMC č. 89/336/EEC**  
**a Direktiva o nízkonapěťových zařízeních č. 2006/95/ES\***  
a v souladu s nimi je označen známkou CE.

## Další informace:

V souladu s direktivou EMC byl svazek ITE testován v typické konfiguraci, jak je popsána v příložené dokumentaci výrobce.

V souladu s direktivou pro nízkonapěťová zařízení jsou výrobky značky Philips společností Philips označovány známkou CE, dle direktivy č. 2006/95/ES.

\*Výrobky jiných výrobců než Philips jsou známkou CE označovány svými příslušnými výrobci v souladu s direktivou č. 2006/95/ES nebo 79/89/EEC.

(Modely ITS3171A a ITS4844A jsou výrobky společnosti Philips, označované společností Philips.)

*Otisk razítka Marguerite Erb, notářky*  
*Otisk razítka: ověřená kopie*  
*Nečitelný podpis*

*ověření pravosti kopie*  
*Marguerite I. ERB*  
*notář*  
*Platnost mého pověření končí 10. října 2008*

**Andover, 6. března 2007**

*Nečitelný podpis*  
Denise Haley, manažer pro regulační záležitosti  
Zdravotní systémy pro ultrazvukové sledování a  
sledování pacientů Philips

Oprávněný zástupce pro EU: Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Hewlett-Packard Str. 2, 71024 Böblingen, Německo

(Č. dokumentu: A-2920-00316-T1, verze B)

Č. dokumentu  
A-M4850-90004

Verze  
A

**PHILIPS**

## TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnický německého a anglického jazyka jmenovaný rozhodnutím krajského soudu (č.j. Spr 1518-93) stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl následující opravy:

*Zdání*

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem .....<sup>46</sup> deníku.

Odměnu účtuji za .....<sup>1</sup> stran podle položky číslo .....<sup>9304</sup> částkou ..... Kč.

Náhradu hotových výloh účtuji dle dokladu číslo ..... částkou ..... Kč.

.....  
L.S. Podpis tlumočnicka

Tlumočnický:

Ing. Pavel Skřivánek

