



HOSPIMED, spol s r.o.
Jana Šimáčková
Malešická 2251/51
CZ-13000 PRAHA 3

V Plzni 25.11.2011

Věc: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FN OLOMOUC

Přehled technických kontrol a klasifikačních tříd dodávaného přístrojového vybavení

Pol.	Název	Typ	BTK	Kalibrace	Klasifikační třídy	Poznámky
1.	tréninkový ergometr	ErgoControl EC1000	1x ročně (ne déle než 2 roky)	každé 2 roky	třída I	
2.	rehabilitační ergometr	ErgoControl EC3100	1x ročně (ne déle než 2 roky)	každé 3 roky	třída I, třída IIa	
3.	pohyblivý pás	ErgoRun ER2000	1x ročně (ne déle než 2 roky)	každé 2 roky	třída I , typ SA/HA	
4.	EKG vysílač	Custo Guard 1	1x ročně (ne déle než 2 roky)	nekalibruje se	třída III, třída IIa, typ BF	

Martin HERMAN