

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel:
ŽS Brno, a.s.
Burešova 938/17
660 02 Brno - střed

Zhotovitel:
HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Č. zakázky: 24-4-0000042

Datum: 7.2.2005

Předmět:

Typ přístroje:	Ks	Výrobní číslo:
Sterilizační technika výrobce Belimed dle přílohy		

Zařízení je plně funkční, bez závad. návod.

Zjištěné závady :

VIZ. PŘÍLOHA TAB. 150.

Uživatel byl seznámen s obsluhou přístroje, čištěním a údržbou přístroje, jakož i z toho plynoucími bezpečnostními předpisy:

Datum	Jméno	Podpis

Zboží je výhradním vlastnictvím firmy HOSPIMED do uhrazení konečné faktury.
Při neuhrazení konečné faktury souhlasí příjemce s vydání zboží zpět.

Objednatel:

Zhotovitel:

HOSPIMED

spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNICA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
-18- DIČ: CZ00676853

Tel.: 00420 2 25 001 511, Fax: 00420 2 25 001 522, e-mail: hospimed@hospimed.cz, <http://www.hospimed.cz>

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 8, číslo účtu 98247 – 051/0100, IČO: 00676853, DIČ: CZ 00676853

Jednatel: Dr. Jindřich Řehák, Ing. Věra Svobodová

HOSPIMED, spol. s r.o. zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 16. listopadu 1990, oddíl C, vložka 480

Příloha č. 1 - Specifikace dodávky

	název	obj.č.	počet kusů
	MST-V Sterilizátor 6/6/12 s automatickými vertikálně posuvnými dveřmi, (Centr. rozvod páry)	8 STI jednotek	2
	Zavážecí vozík se dvěma policemi, nerez elektrolyticky leštěno		2
	Transportní vozík z nerezové oceli elektrolyticky leštěno		4
	MST-V Sterilizátor 6/6/9 s automatickými vertikálně posuvnými dveřmi, (Centr. rozvod páry)	6 STI jednotek	1
	Vestavěný vyvíječ		1
	Zavážecí vozík se dvěma policemi, nerez elektrolyticky leštěno		1
	Transportní vozík z nerezové oceli elektrolyticky leštěno		2

Závěrečný dokument.

Tento dokument slouží jako potvrzení níže uvedených stran.

Níže uvedené strany potvrzují svými podpisy kompletnost dodávky a řádné dokončení instalace přístroje ze strany dodavatele. Respektují smlouvou stanovené záruční podmínky.

Záruční podmínky se nevztahují na mechanická poškození přístroje a jeho příslušenství zaviněné neznalostí nebo nedbalostí obsluhy, na poruchy vzniklé dodávkou přírodních médií neodpovídajících požadavkům výrobce.

Přístroj je servisní firmou řádně uveden do provozu, byly provedeny elektrické bezpečnostní zkoušky a obsluha byla řádně zaškolená.

Tento dokument obsahuje :

- Předávací protokol
- Základní parametry přístroje
- Výsledky průběhů programů
- Výsledky chemických testů
- Protokol o zaškolení obsluhy
- Protokol o provedení instalační kontroly
- Záruční list
- Interval periodických prohlídek
- Certifikát exkluzivity
- Certifikáty výrobce pro osoby provádějící servis
- příloha „Roční technická prohlídka“
- příloha „Půlroční technická prohlídka“
- Prohlášení o shodě
- Dodací list
- Výchozí revize tlakové nádoby
- Závěrečný dokument

Seznam ostatní dodané dokumentace:

- „Manual“ : Technická data
Prohlášení o shodě
Návod k obsluze
Hydraulické schéma
Konfigurační protokol
Seznam pravidelné údržby
Seznam spotřebního materiálu
- Návod k obsluze – sterilizátor
- Sterilizační deník
- Pasport tlakové nádoby
- Pasport vyvíječe (je-li integrován do přístroje)

Za dodavatele:
Scherex s.r.o.
Dolný 147
664 41 Brno-Omice

Za odběratele:
Hospimed, spol. s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha

SCHEREX

Scherex, s.r.o.

Dolný 147
664 41 Brno-Omice
IC: 269 27 209 DIČ: CZ26927209

Takor

Datum:

27. 1. 2005

Kontaktní osoba odběratele:

telefon: