



Kopie
ALFAMEDIC v.o.s.

**Tř. 5. května 458
373 72 Lišov u Českých Budějovic
ČESKÁ REPUBLIKA**

Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst.2 ve znění zákona č.71/2000 Sb. zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., podle nařízení vlády č. 168/1997. Sb. § 3 ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. a nařízení vlády č. 169/1997 § 4 ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb.

Výrobce: **ALFAMEDIC v.o.s.**
Tř. 5. května č. 458
373 72 Lišov

IČO: 00513 008

Identifikační údaje o spotřebiči: Vyhřívaná vodní lázeň BW-S

Popis a určení výrobku:

Vyhřívaná vodní lázeň BW-S je určena k přesnému a bezpečnému ohřevu vaků a lahví s infuzními roztoky, krevními deriváty, a ostatními roztoky dle potřeby jednotlivých zdravotnických oddělení. V pracovní části přístroje, nádobě z nerezové oceli je umístěn nosič ohřívacích vaků nebo lahví. Vodní náplň přístroje je zahřívána na požadovanou teplotu.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení vzorku spotřebiče bylo provedeno podle § 12 odst. 4 písmeno j, zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.168/1997 Sb. § 3. ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. a nařízení vlády č. 169/1997 § 4 ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých tech. norem použitých při posuzování shody:

ČSN EN 61010-1:1995+A2:1997, ČSN EN 61010-2-010:1996+A1:1997, ČSN EN 61326-1:1998

Údaje o zkušební laboratoři, podílející se na posouzení shody podle nařízení vlády č. 168/1997 a č. 169/1997 ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČO 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 31-2132 ze dne 22.08.2002.


Potvrzení výrobce:

Výrobce ALFAMEDIC v.o.s., Tř. 5. května č. 458, 373 72 Lišov potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 168/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. a podle nařízení vlády č. 169/1997 § 4 ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Lišově dne 26.07.2002

Ing. Vladimír Čapek - společník

Ing. Vladimír Čapek



tel. +420 387 994 664
tel. / fax +420 387 994 603
E-mail: alfamedic@alfamedic.cz
<http://www.alfamedic.cz>

Komerční banka č. ú.: 73343-231/0100
IČO: 00513008
DIČ: 077-00513008