

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Rok výroby:** 2007

**Obchodní název:** EUROPA - čtyřsekční nemocniční lůžko  
s elektrickými pohony na polohování výšky  
a polohování ložné plochy

**Adresa výrobce:** ING. PAVEL KREJČÍ, Kamenná čtvrť 91,  
CZ 639 00 Brno

**Popis lůžka:** pečovatelské lůžko elektrické je zařazeno  
v souladu s NV č. 181/2001 Sb. vpz v rozsahu ust. § 6  
v návaznosti na přílohy XVI ( II klasifikační pravidla )  
odst. III (klasifikace) při dodržení pravidel - 1 - 18 do třídy I.  
Výrobce posoudil výrobek v souladu s ust. § 7 odst. 3  
(značka CE) v návaznosti na ust. § 9 odst. 4 (postup  
v rozsahu přílohy č. XIII), technická dokumentace byla  
vypracována v rozsahu přílohy č. XII (posouzení shody  
za stanovených podmínek výrobcem), při posouzení  
základních požadavků v souladu s přílohou č. 1.

**Nemocniční lůžko elektrické se skládá z:**

z ocelové ložné plochy a čel lůžka. Výplně jednotlivých částí ložné  
plochy jsou z ocelového roštu. Polohování lůžka zajišťují 3 elektrické pohony  
s trafem a ručním ovladačem. Lůžko je vybaveno CBS s kolečky  
o průměru 125 mm. Lůžko je lakováno komaxitovým práškovým  
lakem řady RAL.

Barevný odstín podle požadavku.

**Zařízení splňuje:** 93/42/EHS, 98/79/EHS, 89/336/EHS

**Technické normy:** EN 1441, EN 1970, EN 294, EN 811

**Použité harmonizační normy pro medicínské elektrické zařízení:**

EN 60601-1  
EN 60601-1-1  
EN 60601-1-2

  
**Ing. Pavel KREJČÍ**  
Kamenná čtvrť 91, 639 00 Brno  
IČO: 614 21 979, DIČ: CZ481122439