

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,

NIKON INSTRUMENTS EUROPE B.V.  
SCHIPHOLWEG 321, 1171PL BADHOEVEDORP,  
NIZOZEMÍ,

na svou vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že výrobek

TYP VÝROBKU: MIKROSKOP  
MODEL: ECLIPSE E200 / ECLIPSE E200POL,

jehož se toto prohlášení týká, je ve shodě  
s následujícími normami či dalšími normativními dokumenty:

EN61010-1:2001 EN61010-2-101:2002 EN591:2001 EN1658:1996  
EN61326:1997+A1:1998+A2:2001  
EN55011:1998+A1:1999 skupina 1 třída B  
EN61000-3-2:2000  
EN61000-3-3:1995+A1:2001  
EN61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001  
EN61000-4-3:1996+A1:1998+A2:2001  
EN61000-4-4:1995+A1:2001 EN61000-4-5:1995+A1:2001  
EN61000-4-6:1996+A1:2001 EN61000-4-8:1993+A1:2001  
EN61000-4-11:1994+A1:2001

v souladu s ustanoveními

Směrnice pro ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO  
IN-VITRO DIAGNOSTIKU (98/79/EC)  
Směrnice týkajících se NÍZKÉHO NAPĚTÍ (73/23/EEC, 93/68/EEC)  
Směrnice pro ELEKTROMAGNETICKOU KOMPATIBILITU  
(EMC) (89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC).

Jméno výrobce: NIKON CORPORATION  
INSTRUMENTS COMPANY

Sídlo  
výrobce: 471 NAGAODAI-MACHI,  
SAKAE-KU, YOKOHAMA-SHI,  
KANAGAWA 244-8533, JAPONSKO

BADHOEVEDORP/  
25. prosince 2003

\_\_\_\_\_ *podpis nečitelný*  
Y. ISHIKAWA, prezident NIKON-INST200105