

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

100 41 PRAHA 10, Šrobárova 48, pošt. příhr. 87

Č.j. 10242/95/ZT

Referent Ing.Hlinka

Praha, dne 1.6.1995

Telefon 732751-7, 730851-5, meziměst. 73124

Dálnopis 122662 IHE c

Přihlašovatel: HEWLETT - PACKARD s.r.o.
Novodvorská 82
142 00 Praha 4

SCHVALOVACÍ VÝMĚR

číslo: 090/95

Výrobek: Lůžkový monitor

Obchodní označení (typ): HP 78352 C

Výrobce: Hewlett - Packard, SRN

Číslo JK:

30.7.1993

Na základě Vaší přihlášky ze dne schvaluje náš ústav, z pověření ministerstva zdravotnictví ČR, podle ustanovení zákona č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů, výše uvedený výrobek k distribuci a používání pro zdravotnické účely v ČR a oznamuje tímto zároveň, že byl zapsán do rejstříku schválených výrobků pod č.92/090/95-C na období do 31.12.1998.

Tento výměr se vydává za předpokladu, že výrobce neprovede v období platnosti registrace u výrobku takové změny, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho užitné vlastnosti, zejména jeho provozní bezpečnost.



MUDr. Milan Šmíd, CSc.
ředitel ústavu

Kopie: MZ ČR

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE
CZECH REPUBLIC

ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT
TSCHHECHISCHE REPUBLIK



INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ · ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

171 02 Praha - Troja

CERTIFICATE

No.: EZÚ 05-703/93

Product: Compact Monitor

Type: HP 78352C


Rating: 115/230VAC, 50-60 Hz, 55 W

Manufacturer: Hewlett - Packard GmbH, Schickardstrasse 4,
W - 7030 Boeblingen, Germany

Ordering Firm: Hewlett - Packard GmbH, Lieblgasse 1,
A - 1222 Vienna, Austria

A sample of the product was tested and found to be in conformity with: ČSN 364800
cl. 5-8, 11-16, 21-33, 41-44, 51-64, 72, 74-78, 80, 91,
92, 201

The test results are stated in the test report No.: 352 731/00
of: 2.4.1993

Each product of this type may be marked by  mark.

The validity of the certificate is limited to: 31.12.1998

The products are continuously checked by Electrotechnical Testing Institute.

Prague 13.7.1993




Vladimír Fíliáč, M.Sc., Ph.D.

Director