

ES Prohlášení o shodě

Název : Ohříváč krevních přípravků
Typ : PR30-300
Výrobce : Tool spol. s r.o. , Na Jezerce 26 , 140 00 Praha 4 , DIČ : CZ44267967

Popis a určení : Jedná se o vodní lázeň, která zajišťuje ohřátí krevních přípravků v plastických vracích , přes ochranné vaky. Zařízení je vybaveno reg. teploty, stopkami , topením a čerpadlem vody.
Napětí : 230V , 50Hz , příkon : 2 kW.

Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s :

Nařízením vlády č.17/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Výrobek byl zkoušen dle ČSN EN 60601-1:1994+A1,11,12:1995+A13:1997 +A2:1997

Nařízením vlády č.18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Výrobek byl zkoušen dle ČSN EN 60601-1-2:1996
ČSN EN 61000-4-2 , ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-6,
ČSN EN 61000-4-11

Zkoušky provedl : EZÚ , Pod lisem 129 , 171 02 Praha 8-Troja
Protokol č. : 5.001990-00/00

Institut pro testování a certifikaci a.s./ITC zkušební laboratoř č.1004.3
Zlín , pracoviště Mesit QM Uh. Hradiště

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno : 02

Místo vydání : Praha

Jméno : ing. Vaněk Michal

Datum vydání : 8.11.2004

Funkce : tech.úsek

Razítko :

**Tool** SPOL. S R.O.
Na Jezerce 26, PRAHA 4
☎ 61224260, 61224262

Podpis :

